

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2025

İlan No : 2025-07-2523
İstem No : 81401
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Anestezi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **13/08/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LARİNGOSKOP SKOP, FLEXIBLE, 2.0MMX600MM	3	Adet					
2	LARİNGOSKOP SKOP, FLEXIBLE, 2.8MMX600MM	3	Adet					
3	LARİNGOSKOP SKOP, FLEXIBLE, 3.1MMX600MM	3	Adet					
4	LARİNGOSKOP SKOP, FLEXIBLE, 4.3MMX600MM	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

TEK KULLANIMLIK FLEXIBLE VIDEO BRONKOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Flexible Bronkoskop

1. Tek kullanımlık Video Flexible Bronkoskop Üst solunum bölgesinde tanı, biyopsi alma, Entübasyon işlemlerine yönelik kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tek kullanımlık Flexible Video Bronkoskop, Video işlemci veya Ekranlı işlemci ile birlikte Esnek görüntüleme endoskop'tan oluşmalıdır.
3. CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
4. Görüş alanı en az 110° olmalıdır.
5. Çalışma uzunluğu iki farklı ölçüde 30 cm ve 60 cm olarak kullanıcı talebine göre temin edilebilmelidir.
6. Alan derinliği en az 3-50mm veya 5-100mm olmalıdır.
7. LED aydınlatma sistemine sahip olmalıdır.
8. Tek kullanımlık Bronkoskop ucunda en az 1280x720 pixel özelliğinde HD kamera lensi olmalıdır.
9. Insertion çap kalınlıkları 2.0mm-2.6mm-2.8mm-3.1mm-3.8mm-4.3mm-5.2mm-5.8mm olmalıdır. Klinik tercihinə göre istenilen kalınlıktaki ürün verilmelidir.
10. Flexible video Bronkoskop Çalışma kanalı çapları kalınlıklarına göre;
2.0 mm Bronkoskop için çalışma kanalı olmamalıdır.
2.6 mm Bronkoskop kanal çapı 1.2 mm olmalıdır.
2.8 mm Bronkoskop kanal çapı 1.2 mm olmalıdır.
3.1 mm Bronkoskop için çalışma kanalı olmamalıdır.
3.8 mm Bronkoskop için çalışma kanalı olmamalıdır.
4.3 mm Bronkoskop kanal çapı 2.2 mm olmalıdır.
5.2 mm Bronkoskop kanal çapı 2.2 mm olmalıdır.
5.8 mm Bronkoskop kanal çapı 2.8 mm olmalıdır.
11. Bronkoskop, aşağı – yukarı defleksiyon açısı; yukarı 180° / Aşağı 180° olmalıdır.
12. Flexible Video Bronkoskop tutaç kısmı hafif ve ergonomik yapıda olup, hekime farklı açılarda tutma ve kullanma imkânı sağlamalıdır.
13. Flexible Video Bronkoskop IPX7 sıvı geçirmez özellikte olup, skobun fleksible kısmı sıvı sterilizasyonuna yatırılabilir olmalıdır.
14. Flexible video Bronkoskop tutaç kısmında çalışma kanalı haricinde farklı bir Aspirasyon kanalı olmalıdır.
15. Tek kullanımlık Flexible Video Bronkoskop paketinin içerisinde 1 adet Walf olmalıdır.
16. Tek kullanımlık Fleksible Video Bronkoskop setler ile birlikte zor entübasyonda aynı monitörde kullanılmak üzere; 1 adet reusable rigid video laringoskop , 1 adet video entübasyon stilesi, 1 adet fleksible 15F video görüntülü buji verilecektir.
17. 10 adet Flexible Bronkoskop alımına istinaden 1 adet olacak şekilde aşağıda teknik özellikleri belirtilen video işlemci cihazı konsinye olarak verilmelidir, Mülkiyeti satıcı firmada kalacaktır.

Video işlemci özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

1. Video işlemci Portable olmalı ve en az 10 '' TFT-LCD dokunmatik ekranlı olmalıdır.
2. Cihaz portatif olmalı, serum askısına bağlanarak veya kendine ait taşıma arabası olmalıdır.
3. IP55 sıvı geçirmez raporu olmalı ve istekliler ürün broşüründe bu özelliği göstermelidir.
4. İşlemci görüntü çözünürlüğü en az 1280x800 pixel olmalıdır.
5. Video işlemci ayrıca farklı monitörlere bağlanabilir olmalı Output çıkışları HDMI x1, Type C x1 olmalıdır.
6. Video işlemci cihazında kayıt sistemi olmalıdır, MPEG4/JPEG formatlarında Video ve Fotoğraf kayıtları için dahili 32gb hafızası olmalı istenirse 128gb'ta kadar USB bağlanabilmelidir.
7. Video işlemci cihazının LED aydınlatma sistemi olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyesi ASİMLER SAGÜN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 125751

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052

Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCİ

8. Video işlemci cihazının üzerinde butonlar olmalıdır, Butonlar; Cihaz açma/kapama, Beyaz ayarı (White balance), Freeze (Görüntü dondurma), (Zoom 1x-1.2x-1.5x Görüntü boyutu büyütme/küçültme yapabilmelidir). LED ışık parlaklık ayarı (S-M-L) 3 seviyeli ayarlanabilir aydınlatma olmalıdır. Ekranda ki görüntünün 180° döndürme özelliği olmalıdır. Ekranda aynı anda hem Fleksible Bronkoskop, hem de Laringoskop görüntüsü iki ayrı görüntü olarak izlenebilmelidir. Record and Photo Video (sesli) ve Fotoğraf kaydı alabilme, USB girişi ile Video veya fotoğraf kaydı yapabilmelidir.
9. Cihaz ekran üzerinde bulunan dokunmatik tuşlar yardımıyla hastaya ait Hasta Kodu, Hasta Adı, Yaşı, Cinsiyeti gibi bilgilerin girilebildiği bölümler olmalıdır.
10. Opsiyonel olarak istenildiğinde monitör üzerinden SpO2 ve PR ölçümü görüntülenebilmelidir. Bunun için monitörde gerekli port bulunmalıdır.
11. Cihazla ile birlikte Video İşlemci güç kablosu ve Video Laringoskop bağlantı kablosu verilmelidir.
12. Video işlemci cihazında USB kayıt yapabilir olmalıdır, herhangi bir kayıt cihazına ihtiyaç duymadan MPEG4/JPEG formatlarında resim, video kaydedebilmelidir.
13. Teslim edilecek monitör aşağıdaki tüm diğer ekipmanlar ile çalışabilmelidir.
 - Tek Kullanımlık Fleksible Bronkoskop,
 - Tek Kullanımlık Fleksible Nasofarangoskop,
 - Tek Kullanımlık Rigid Video Laringoskop Balde,
 - Çok Kullanımlık Fleksible Bronkoskop,
 - Çok Kullanımlık Rigid Video Stile,
 - Çok Kullanımlık Rigid Video Laringoskop Blade

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI

Dr. Öğrt. Üyesi Alihan SAGUN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 125751

Prof. Dr. Handan BİRBİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 1052

Tek kullanımlık flexible video bronkoskop teknik şartnamesinin 10.uncu maddesinde geçen

' Flexible video Bronkoskop Çalışma kanalı çapları kalınlıklarına göre;

~~2.0 mm~~ Bronkoskop için çalışma kanalı olmamalıdır.

2.6 mm Bronkoskop kanal çapı 1.2 mm olmalıdır.

2.8 mm Bronkoskop kanal çapı 1.2 mm olmalıdır.

3.1 mm Bronkoskop için çalışma kanalı olmamalıdır.

3.8 mm Bronkoskop için çalışma kanalı olmamalıdır.

4.3 mm Bronkoskop kanal çapı 2.2 mm olmalıdır.

5.2 mm Bronkoskop kanal çapı 2.2 mm olmalıdır.

5.8 mm Bronkoskop kanal çapı 2.8 mm olmalıdır.'

2.0 mm Bronkoskop klinik olarak yenidoğan ve prematüre bebeklerde 2,5 numara endotrakeal tüp içinden geçebilmesine istinaden elzemdir.

Doç. Dr. Mustafa AZIZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.:99631

Dr. Öğrt. İyesi Levent ÖZDEMİR
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 120453