

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2025

İlan No : 2025-07-2520
İstem No : 81411
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AS

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SAC SEPET, STERİLİZASYON	83	Adet					
2	YÜKLEME SEPETİ, STERİLİZASYON	15	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

**SAC SEPET,STERİLİZASYON
TEKNİK ŞARTNAME**

1. Sepetler alet yüzeylerinin çizilmemesi, sivri ve kesici ağızlı aletlerde körelme ve deformasyonun engellenmesi amacı ile delikli çelik plaka levhadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Sepetin her iki tarafında, aletlerin steril bir şekilde taşınabilmesini sağlayacak hareketli kulp mekanizmaları bulunmalıdır.
3. Sepetlerin taban, yan yüzeylerinde, köşe dönüşlerinde çapak ve keskin pürüzler olmamalıdır.
4. Sepetlerin perfore delikleri taban kısımlarında en fazla 4*4mm, yan kısımlarında en fazla 3*3mm olmalıdır.
5. Sepetler en az 1mm kalınlığında paslanmaz çelik sac malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Sepetlerin tamamına istenildiğinde kapak satın alınabilmeli ve sunulan orijinal katalog üzerinde kapaklar görülebilmelidir.
7. Teklif edilecek sepetlerin kapakları, sepetin kendisi ile aynı hammaddeden olmalı ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
8. Sepetler cerrahi alet yıkama ve dezenfeksiyon makinesinde kullanılabilir olmalıdır.
9. Sepetler basınçlı buhar otoklavında kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
10. Ürünler imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
11. Ürünün güvenilirliği ve garanti şartları açısından teklif verilen markanın sterilizasyon konteyneri üreticisi olması şartı aranacaktır.
12. Üretici firmanın TS EN 868-8 belgesi olmalı ve **bu belge sunulmalıdır.**
13. Teknik hizmet sağlayacak olan üretici veya ithalatçı firmanın TSE Hizmet yeterlilik belgesi sunulmalıdır.
14. Sac sepet ölçülerine +/-10mm tolerans ile teklif verilebilecektir.
15. Standardizasyon sağlanması açısından, ihtiyaç listesinin tamamına aynı marka ile teklif verilecektir.
16. Her sepetin içinde tabanını tam kaplayan silikon çim olmalıdır.
17. Silikon çimler, buhar otoklavına dayanıklı olmalıdır.
18. Silikon çimlerin tabanında su tutmayı önleyen delikleri olmalıdır.
19. Talep edilen sepetler aşağıdaki ölçü ve sayıda teslim edilecektir.

SAC SEPET İHTİYAÇ LİSTESİ ÜRÜN ADI VE AÇIKLAMASI		MİKTAR
1.	Saç sepet 250x250x80mm,kapaksız	20 ADET
2.	Saç sepet 250x250x100mm,kapaksız	20 ADET
3.	Saç sepet 400x250x80mm,kapaksız	5 ADET
4.	Saç sepet 400x250x100mm, kapaksız	15 ADET
5.	Saç sepet 540x250x100mm,kapaksız	5 ADET
6.	Saç sepet 540x250x 80mm, kapaksız	15 ADET
7.	Saç sepet, mücevher kutusu, kapaklı,130x130x50mm	3ADET

YÜKLEME SEPETİ, STERİLİZASYON TEKNİK ŞARTNAME

1. Teklif edilecek sepetlerin ölçüsü 570X400X270mm olacaktır.
2. Teklif edilecek sepetlerin malzemesi sert, dayanıklı 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Sepetin tüm kenarların çapı en az 6 mm olan çubuklar ile dönülmüş olmalıdır.
4. Sepet örgüsünde kullanılan tellerin çapı en az 5mm olmalıdır.
5. Sepetin alt kısmında en az 2 adet atkı olmalıdır.
6. Buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.
7. Teller kenar çubuklarına kaynak ile tespit edilmiş olmalıdır. Kaynak çapaksız olmalıdır.
8. Sepet 10 kg yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
9. Sepet, düz zemin üzerinde stabilitesini koruyacak şekilde tasarlanmış olmalı; sallanma, devrilme veya dengesizlik oluşturmamalıdır.
10. Tüm köşeleri kullanıcı güvenliği ve hijyen açısından belirli bir yarıçapla yuvarlatılmış (radiuslu) olmalı; yüzeyleri ise pürüzsüz, düzgün bir polisajla işlenmiş, kolay temizlenebilir nitelikte olmalıdır.
11. Üretici firmanın TS EN 868-8 belgesi olmalıdır.
12. Ürünler imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.


Prof. Dr. Gulden ERSÖZ
MED. Mikrobiyoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire