

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/07/2025

İlan No : 2025-07-2518
İstem No : 81427
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DEZENFEKTAN, ALET, PARASETİK ASİTLİ, SIVI FORMDA	500	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DEZENFEKTAN, ALET, PARASETİK ASİTLİ, SIVI FORMDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün aldehit, fenol ve amonyum bileşenleri içermemelidir. Perasetik asit ve hidrojen peroksit kombinasyonu içermelidir, yüksek seviyeli dezenfektan olmalıdır.
2. Ürün sıvı formda kullanıma hazır olmalıdır.
3. Sıvı formda aktivatörü bulunmalıdır. Konsantre teslim edilecek ürünler için kullanıma hazır litre fiyatları verilmelidir.
4. Endoskopların ve tüm cerrahi aletlerin hem manuel olarak hem de yıkama makinelerinde yüksek seviyeli dezenfeksiyonunda kullanılabilir.
5. Endoskop Üreticisi firmalar tarafından verilmiş uygunluk onayına (Olympus, Fujinon, Storz veya Pentax) veya T.C Sağlık Bakanlığı yetkili laboratuvarları tarafından endoskop markaları üzerinde yapılmış (Olympus, Pentax Fujinon gibi) polimer yüzey antikorozyon test raporlarına sahip olmalıdır. Bu belgeler yeterlilik kapsamında sunulmalıdır.
6. Bakterilere (MRSA, VRE, streptokok gibi gram-pozitif bakteriler, genişletilmiş spektrumlu beta – laktamazı olan E.coli gibi enterik bakteriler, Pseudomonas cinsi ve non-fermentif gram-negatif bakteriler, tüberküloz basili), mantarlara (hem maya hemde küf) ve zarflı veya zarfsız virüslere karşı etkili olmalıdır. Etkinliği klinik raporlarla sunulmalıdır.
7. Dezenfektan ile birlikte her 5lt için 5 adet parasetik asitin etkinliğini ölçen test stripleri olmalıdır. Etkinlik ölçen test stripleri dezenfektan ile aynı marka olmalıdır.
8. Dezenfeksiyon tankına alınan solüsyon kullanım sırasında etki kaybı, renk değişimi, tortu oluşmamasıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.
9. Dezenfektanın orijinal ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve kullanımla ilgili açıklamalar Türkçe yazılı olmalıdır.
10. Ürün, 14 gün süreyle aktivasyonunu devam ettirebilmelidir. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
11. İdarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Laboratuvarları veya kurumca yetkilendirilmiş bir laboratuvarında ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
12. İstekli firmalar teklif aşamasında hazırlanacak solüsyonun 20 lt olmasını sağlayacak kadar orijinal ambalajda ürün numunesini ve deneme amaçlı olarak da 5(beş) adet test stribini sunmalıdır.
13. Ürün ile beraber 5(beş) adet 20 lt'lik süzgeçli ve kapalı konteynır bedelsiz olarak verilmelidir.
14. **Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.**
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ŞİMŞEK BOZOK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Enfeksiyon Hast. ve Kili
Dip. Tes. No

E-10-10 Heng
Seurlog Rende
Jüttel

Aliye Erkal
AQ