

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2836
İstem No : 81462
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME VE YEDEK PARÇA ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 550 µm	2	Adet					
2	LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 272 µm	2	Adet					
3	BLAST SHİELD, LAZER CİHAZI İÇİN	1	Adet					
4	GİRİŞ İĞNESİ, PERKÜTAN TAŞ TEDAVİSİ İÇİN, 18G, 20CM	10	Adet					
5	GUIDE WIRE, HİDROFİLİK UÇLU, DUAL FLEX SENSÖR, 0.035", 140CM-160CM	5	Adet					

BA

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

1. GİRİŞ İĞNESİ, PERKÜTAN TAŞ TEDAVİSİ İÇİN, 18G, 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril paket içinde; 1 adet 18G TLA giriş iğnesi ve 5FR, 20 cm radyopak PTFE kılıf seti şeklinde olmalıdır.
- İğnenin Ucu trokar şeklinde olmalı, 038" guide'ın yerleşimine imkan vermelidir.
- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı ve renal calyx'e kadar rahatça ilerleyebilmelidir.

2. BLAST SHIELD, LAZER CİHAZI İÇİN

- Teklif edilecek ürün Quanta System marka Litho veya Litho DK30 model Holmium YAG lazer cihazda kullanılmak üzere dizayn edilmiş; cihazla birebir uyumlu olmalı ve arızaya yol açmamalıdır.
- Blast shield cihaz içindeki focus lensi korumak amacıyla imal edilmiş olmalı ve üzerinde tek yönlü geçirgen lens bulunmalıdır.
- Blast shield cihaza uyumlu olarak uygun çap ve boydaki vidalar ile cihaza sabitlenmelidir.
- Blast shield üst kısmında blast shieldin yerine düzgün şekilde takıldığının cihaz mikroişlemci uyarı sistemi tarafından tespit edilebilmesi için vida çıkıntısı bulunmalıdır.
- Blast shield yerinde olmadığı veya düzgün takılmadığında cihaz tarafından uyarı vermelidir.
- Teklif edilen blast shield ile cihaz uyumsuzluğu kaynaklı arıza meydana gelir ise arızanın giderilmesinden teklif veren firma sorumlu olacaktır. Bu durumun kabulüne ilişkin istekli firmalar taahhütname düzenleyecek ve idareye telsim edeceklerdir. Taahhüt veremeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

3. LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 550 µm TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen fiberler hastanemiz bünyesinde bulunan QuantaSystem marka Litho model
- holmium lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. İdare cihazda fibere bağlı arıza çıkması
- halinde bu madde gereği inceleme başlatma hakkına sahiptir. Bu durumun kabul
- edildiğine dair taahhütname malzeme teslim aşamasında istekliler tarafından sunulacaktır.
- Fiberler hastanemizde kullanılmakta olan Holmium lazer cihazı tarafından otomatik
- tanınan düzeneğe sahip olmalıdır. (Teklif edilen lazer fiberi otomatik olarak kullanım
- aşamasında tanınmaz ise kamu zararı yaratmaması için fibere uyumlu lazer cihazı temin
- edeceklerdir.)
- Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
- Fiberler 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımalı ve 532 nm ile 2250 nm aralığında
- dalga boylarıyla çalışabilmelidir.
- Fiberçapları 150 micron dan başlayıp 1000 microns kadar verilebilmelidir
- Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Fiberler reusable özellikte olmalı ve uç kısmından kesilerek tamir edilebilmelidir.
- Fiberler etilen oksit sterilizasyonuna ve/veya 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun
- olmalıdır.
- Fiber boyu en az 3 metre±0,2m. uzunlukta olmalıdır.
- Fiber distal ucu bare tip, 5mm±1mm. Soyulmuş olmalıdır.
- Teklif edilen fiberler etilen oksit steril paketlenmiş olmalıdır.
- Fiber, cihaz veya fibere takılması gereken herhangi bir bağlantı aparatı, adaptör,
- konektör, ara parça vb. ihtiyaç duymamalıdır.

4. LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 272 µm; TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen fiberler hastanemiz bünyesinde bulunan QuantaSystem marka Litho model
- holmium lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. İdare cihazda fibere bağlı arıza çıkması
- halinde bu madde gereği inceleme başlatma hakkına sahiptir. Bu durumun kabul
- edildiğine dair taahhütname malzeme teslim aşamasında istekliler tarafından sunulacaktır.
- Fiberler hastanemizde kullanılmakta olan Holmium lazer cihazı tarafından otomatik
- tanınan düzeneğe sahip olmalıdır. (Teklif edilen lazer fiberi otomatik olarak kullanım
- aşamasında tanınmaz ise kamu zararı yaratmaması için fibere uyumlu lazer cihazı temin
- edeceklerdir.)
- Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
- Fiberler 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımalı ve 532 nm ile 2250 nm aralığında
- dalga boylarıyla çalışabilmelidir.
- Fiberçapları 150 micron dan başlayıp 1000 microns kadar verilebilmelidir
- Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.


UL Tez. No: 402193377 DİG. NO: 1224
Prof. Dr. Hakan Erbil
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.B.D.
Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.B.D.
Diy. Tel: 0312 6015 4700

UL Tez. No: 402193377 DİG. NO: 1224
Prof. Dr. Hakan Erbil
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Uroloji A.B.D.

- n. Fiberler reusable özellikte olmalı ve uç kısmından kesilerek tamir edilebilmelidir.
- o. Fiberler etilen oksit sterilizasyonuna ve/veya 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun
- p. olmalıdır.
- q. Fiber boyu en az 3 metre±0,2m. uzunlukta olmalıdır.
- r. Fiber distal ucu bare tip, 5mm±1mm. Soyulmuş olmalıdır.
- s. Teklif edilen fiberler etilen oksit steril paketlenmiş olmalıdır.
- t. Fiber, cihaz veya fibere takılması gereken herhangi bir bağlantı aparatı, adaptör,
- u. konektör, ara parça vb. ihtiyaç duymamalıdır.

5. **GUIDE WIRE, HİDROFİLİK UÇLU, DUAL FLEX SENSÖR, 0.035", 140-160 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- a. Her türlü endoskopik girişimlerle yapılan üriner sistem cerrahisinde ve perkütan yolla
- b. uygulanan üroloji cerrahi işlemler için tasarlanmış olmalıdır.
- c. Hidrofilik uçlu kılavuz tel çekirdeğinde esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış
- d. radyo opak solid bir metal içermelidir.
- e. Hidrofilik uçlu kılavuz tel 0.035 inç kalınlığında ve 150±10cm uzunluğunda olmalıdır.
- f. Hidrofilik uçlu kılavuz telin düz uçlu olmalıdır ve bunların 3-10cm'lik ucu esnek
- g. yapıda olmalıdır.
- h. Kılavuz tel proksimalden distale tek parça olarak üretilmiş olmalıdır.
- i. Hidrofilik uçlu kılavuz telin sadece ilk 5cm'lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
- j. Hidrofilik uçlu kılavuz telin gövdesi ile hidrofilik olan uç kısmı farklı renklerde olmalıdır.
- k. Hidrofilik uçlu çift flex olan telin ise Proksimal ucunda, Flexible URS ile kullanıma
- l. imkan vermesi için, 10cm'lik esnek bir bölüm daha bulunmalı ve kullanılan skobun
- m. çalışma kanalına zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
- n. Kılavuz tel kırılmayan ve büküldüğünde tekrar şeklini bulan, form hafızalı elastik yapıda
- o. olmalıdır.
- p. Kılavuz tel 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
- q. Kılavuz telin ucu mutlaka atravmatik olmalıdır.
- r. Hidrofilik uçlu kılavuz telin uç kısmı radyo opaklaştırılmış olmalıdır.
- s. Kılavuz tel steril paketlenmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi
- t. paket üzerinde yazılı olmalıdır.


Prof. Dr. Eyüp AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D.
Dip. Tes. No.: 6085-37069


Prof. Dr. Hasan Erdal DOKU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.B.D.
Uz. Tescil No.: 40292-35177 Dip. No.: 1286

1. GİRİŞ İĞNESİ, PERKÜTAN TAŞ TEDAVİSİ İÇİN, 18G, 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril paket içinde; 1 adet 18G TLA giriş iğnesi ve 5FR, 20 cm radyopak PTFE kılıf seti şeklinde olmalıdır.
- İğnenin Ucu trokar şeklinde olmalı, 038" guide'in yerleşimine imkan vermelidir.
- Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı ve renal calyx'e kadar rahatça ilerleyebilmelidir.

2. BLAST SHIELD, LAZER CİHAZI İÇİN

- Teklif edilecek ürün Quanta System marka Litho veya Litho DK30 model Holmium YAG lazer cihazda kullanılmak üzere dizayn edilmiş; cihazla birebir uyumlu olmalı ve arızaya yol açmamalıdır.
- Blast shield cihaz içindeki focus lensi korumak amacıyla imal edilmiş olmalı ve üzerinde tek yönlü geçirgen lens bulunmalıdır.
- Blast shield cihaza uyumlu olarak uygun çap ve boydaki vidalar ile cihaza sabitlenmelidir.
- Blast shield üst kısmında blast shieldin yerine düzgün şekilde takıldığının cihaz mikroişlemci uyarı sistemi tarafından tespit edilebilmesi için vida çıkıntısı bulunmalıdır.
- Blast shield yerinde olmadığı veya düzgün takılmadığında cihaz tarafından uyarı vermelidir.
- Teklif edilen blast shield ile cihaz uyumsuzluğu kaynaklı arıza meydana gelir ise arızanın giderilmesinden teklif veren firma sorumlu olacaktır. Bu durumun kabulüne ilişkin istekli firmalar taahhütname düzenleyecek ve idareye telsim edeceklerdir. Taahhüt veremeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

3. LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 550 µm TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen fiberler hastanemiz bünyesinde bulunan QuantaSystem marka Litho model
- holmium lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. İdare cihazda fibere bağlı arıza çıkması
- halinde bu madde gereği inceleme başlatma hakkına sahiptir. Bu durumun kabul
- edildiğine dair taahhütname malzeme teslim aşamasında istekliler tarafından sunulacaktır.
- Fiberler hastanemizde kullanılmakta olan Holmium lazer cihazı tarafından otomatik
- tanınan düzeneğe sahip olmalıdır. (Teklif edilen lazer fiberi otomatik olarak kullanım
- aşamasında tanınmaz ise kamu zararı yaratmaması için fibere uyumlu lazer cihazı temin
- edeceklerdir.)
- Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
- Fiberler 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımalı ve 532 nm ile 2250 nm aralığında
- dalga boylarıyla çalışabilmelidir.
- Fiberçapları 150 micron dan başlayıp 1000 microns kadar verilebilmelidir
- Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- Fiberler reusable özellikte olmalı ve uç kısmından kesilerek tamir edilebilmelidir.
- Fiberler etilen oksit sterilizasyonuna ve/veya 134°C otoklav sterilizasyonuna uygun
- olmalıdır.
- Fiber boyu en az 3 metre±0,2m. uzunlukta olmalıdır.
- Fiber distal ucu bare tip, 5mm±1mm. Soyulmuş olmalıdır.
- Teklif edilen fiberler etilen oksit steril paketlenmiş olmalıdır.
- Fiber, cihaz veya fibere takılması gereken herhangi bir bağlantı aparatı, adaptör,
- konektör, ara parça vb. ihtiyaç duymamalıdır.

Prof. Dr. Erdem AKBA
Mersin Üniv. Hastanesi
Uroloji A.B.D.
Tels. No: 6088-37000

4. LAZER FİBERİ, ÇOK KULLANIMLIK, 272 µm; TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teklif edilen fiberler hastanemiz bünyesinde bulunan QuantaSystem marka Litho model
- holmium lazer cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. İdare cihazda fibere bağlı arıza çıkması
- halinde bu madde gereği inceleme başlatma hakkına sahiptir. Bu durumun kabul
- edildiğine dair taahhütname malzeme teslim aşamasında istekliler tarafından sunulacaktır.
- Fiberler hastanemizde kullanılmakta olan Holmium lazer cihazı tarafından otomatik
- tanınan düzeneğe sahip olmalıdır. (Teklif edilen lazer fiberi otomatik olarak kullanım
- aşamasında tanınmaz ise kamu zararı yaratmaması için fibere uyumlu lazer cihazı temin
- edeceklerdir.)
- Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
- Fiberler 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımalı ve 532 nm ile 2250 nm aralığında
- dalga boylarıyla çalışabilmelidir.
- Fiberçapları 150 micron dan başlayıp 1000 microns kadar verilebilmelidir
- Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Erdem AKBA
Mersin Üniv. Hastanesi
Uroloji A.B.D.
Tels. No: 6088-37000

5. **GUIDE WIRE, HİDROFİLİK UÇLU, DUAL FLEX SENSÖR, 0.035", 140-160 CM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin University, Mersin
Ordu, T.C.
Bilgi Tek. No: 600037088