

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/07/2025

İlan No : 2025-07-2558
İstem No : 81479
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Doğum Tetkikleri
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORSEPS, TENEKÜLÜM, TEK DİŞLİ, 23-30CM	8	Adet					
2	KLEMP, OVER, DÜZ, 24.5CM	6	Adet					
3	CERRAHİ MAKAS, EĞRİ	4	Adet					
4	HİSTEROMETRE, RİJİT, 32CM	4	Adet					
5	KÜRET, NOVAK, 2MM	3	Adet					
6	PENSET, DİŞLİ, 16CM	4	Adet					
7	PORTEGÜ, HEGAR, İĞNE TUTUCU	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız" <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>" adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. J. ...". The signature is written over some faint, illegible printed text.

KLEMP, OVER DÜZ 24,5CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemedan yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
- 6.Eklem yerleri rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır. Kilit mekanizması sorunu yaşanmamalıdır. Ağız kısımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Cerrahi alet uzunluğu 24,5cm olmalıdır.✓
- 10.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 11.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte numunelerini de vereceklerdir.
- 13.2 yıl garantili olmalı.

ÜRÜN KODU: EO338R

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
OVER KLEMP DÜZ	X20Cr13	40 - 48

Henk. Gülten Kaplan
Alt

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

CERRAHİ MAKAS, EĞRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
- 4.Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır.
- 5.Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
6. Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır. Cerrahi makas uzunluğu 20cm olmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
9. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- 10.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 11.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte numunelerini de vereceklerdir.
13. 2 yıl garantili olmalıdır.

ÜRÜN KODU: BC557R

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
Makaslar	X50CrMoV15; X38CrMoV15	50 - 58

Hamz. Altın Kaplan
C.A.A.

Yaz. Yür.
Eğ. Yür.
Eğ. Yür.

HİSTEROMETRİ RİJİT 32CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
6. Uzunluğu en az 32cm olmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Uzunluk 32cm olmalıdır. ✓
- 10.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 11.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte numunelerini de vereceklerdir.
- 13.2 yıl garantili olmalı.

ÜRÜN KODU: EO010R

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
HİSTEROMETRİ	X46Cr13; X20Cr13	50 – 58;42-50

Hans Gerten Kaplan
~~GS~~

1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı. jinekolojik ve cerrahi prosedürlerde kullanılabilmelidir. Derin dokuların örneklenmesi için uygun olmalıdır.

6. Diş ve tırtılların aralıklarında parçalar olmamalıdır.

8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.

9.Çapı 2mm olmalıdır.

10.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.

11.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.

12.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte numunelerini de vereceklerdir.

13.2 yıl garantili olmalı.

Hausg. Güten Kopieren

Haus: Gülden Kopfen
att

PORTEGÜ, HEGAR İĞNE TUTUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cerrahi malzeme paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2.Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3.Tavan lambası altında ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır.
4. Dayanıklı olmalı ve basit darbelerde kırılmamalı.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 santigrat derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olmalıdır
- 6.Portegüleri tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıktan ağızları birbirine aralıksız oturmalıdır.
- 7.Cerrahi aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, CE işareti ve paslanmaz çelikten imal edildiğine dair üzerinde 'stainless' ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama şeklinde olmalıdır.
- 8.Cerrahi aletlerin üzerinde veri 'matrix barkotları' olmalıdır.
- 9.Cerrahi alet 16cm uzunluğunda olmalıdır.
- 10.Teklif edilen ürüne ait UBB belgesi verilmelidir.
- 11.Teklif veren firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- 12.Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte numunelerini de vereceklerdir.
- 13.2 yıl garantili olmalı.

ÜRÜN KODU: BM245R

EL ALETİ TÜRÜ	ÇELİK TÜRÜ	HRC - SERTLİK
PORTEGÜ MAYO-HEGAR	X20Cr13	40 - 48

Henri. Gülten Kopelen

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Handwritten signature: *[Signature]*