

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

08/07/2025

İlan No : 2025-07-2575
İstem No : 81484
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : MONİTÖR ALIMI

AYP

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LCD MEDİKAL MONİTÖR, 27"	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

27- inch Medikal LCD Monitör Teknik Şartname

1. Ekran büyüklüğü en az 27" LCD ve LED teknoloji arka aydınlatma olacaktır.
2. LCD panel a-Si TFT Active Matrix LCD tipinde olmalıdır.
3. Çözünürlüğü 1920 x 1080 pixel olmalıdır.
5. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
6. Kontrast oranı en az 1000:1, parlaklık en az 300 cd/m2 olmalıdır.
7. Ekran rengi 16.7 milyon olmalıdır.
8. Görüş açısı 89 veya 178 derece olmalıdır.
9. SDI, DVI-D, HDMI, 3G-SDI, Component/RGB, Y/C ve Kompozit video girişleri ile DVI-D ve DC 5V çıkışları bulunmalıdır.
10. Monitörün çoklu gösterim fonksiyonu bulunmalı, ayna görüntü, PIP ve POP veya pop özellikleri olmalıdır.
11. Monitor üzerinde RS-232C veya RJ-45 uzaktan kontrol girişleri bulunmalıdır.
12. Monitör 100mm VESA standartlarını sağlayan arkasındaki 100 mm aralıklı vida delikleri ile masa üstü kullanıma, cihaz taşıma arabasına veya duvara montajına izin vermelidir.
13. Cihaz 100-240V AC arasında çalışabilmeli, voltaj değişikliklerinden etkilenmemelidir.
14. Monitör dış kabini beyaz renkte olmalı, medikal standartları sağlamalıdır.

NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

BURAK GÖÇER
BİYOMEDİKAL TEKNİKLERİ