

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

10/07/2025

İlan No : 2025-07-2623
İstem No : 81558
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 16/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	VAJİNAL BANT, HELICAL SET, İDRAR TUTAMAMA İÇİN	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

VAJİNAL BANT, HELİCAL SET, İDRAR TUTAMAMA İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Helical set içerisinde seeling amacına yönelik VaginalTape(Bant-Mesh) ve helical uygulamaya uygun özel açılı sağ ve sol bir çift uygulama aparatı bulunmalıdır.
2. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), stressinkontinans tedavisinde üretral destek sağlamak üzere üretilmiş olmalıdır.
3. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), kenarlarında tutunmayı sağlayan özel sarkaç sistemi sayesinde kendiliğinden tutunabilir özellikte olmalı, doku veya kemik bağlantısı gerektirmemelidir.
4. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), kendiliğinden tutunabilir özelliğini koruyabilmesi için sert pvc tüp içerisinde paketlenmiş olmalıdır.
5. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), renklendirilmemiş ve geniş gözenekli non-absorbablepolipropilenmonofilament yapıda olmalı ve bakteri oluşumunu engellemek için por aralığı en az 60micron ve üzerinde olmalıdır.
6. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), 10-12 mm genişliğinde, 400 - 600 mm uzunluğunda ve tek kullanımlık olmalıdır.
7. Helical set içerisindeki VaginalTape(Bant-Mesh), gerilmeye ve esnemeye karşı dirençli ve sağlam olmalıdır. Uygulama aparatı tutaç(sap) kısmı avuç içerisinde rahat kullanım sağlayabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. Uygulama aparatı iğne çapı en az 4 mm olmalı ve eğilip bükülmelere karşı dirençli olmalı; 316L paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
9. Helical set içerisinde tvf çengelli bulunmalıdır.

