

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

AK

16/07/2025

İlan No : 2025-07-2670
İstem No : 81571
Alım No :
Talep Eden Birim : Anestezi ve Reanimasyon / Anestezi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 18/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASKE, ANESTEZİ, NO:0	100	Adet					
2	MASKE, ANESTEZİ, NO:1	200	Adet					
3	MASKE, ANESTEZİ, NO:3	500	Adet					
4	MASKE, ANESTEZİ, NO:4	500	Adet					
5	MASKE, ANESTEZİ, NO:5	300	Adet					
6	MASKE, ANESTEZİ, NO:6	100	Adet					
7	MASKE, LARYNGEAL, DISPOSABLE, NO:5	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

MASKE, ANESTEZİ, DİSPOSABLE, NO: 0,00.1; 2; 3; 4; 5; 6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 0/00/1/2/3/4/5/6 nolu maskeleri olmalıdır.
2. Ürün anti-static özellikte olmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Şeffaf olmalıdır.
5. PVC olmalıdır
6. Latex içermemelidir.
7. Tüm anestezi devrelerinin konnektörleriyle uyumlu olmalıdır.
8. Maske hastanın yüzüne tam oturmalı ve yastığı şişirilip boşaltılabilmelidir.
9. Maske cildi tahriş etmemelidir.

MASKE, LARYNGEAL, DISPOSABLE NO: 1; 1.5 ; 2; 2.5; 3; 4; 5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Latex içermemelidir.
4. Tek kafli olacak ve kaf kısmı larinkse oturacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
5. Ucunda Anestezi devresine bağlanmayı sağlayıcı 15mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır.
6. PVC, silikonize veya %100 silikondan imal edilmiş olmalıdır.
7. Hasta tarafından ısırılıp ürüne zarar vermesini engelleyen koruyucu bir blok (bite-block) bulunmalıdır
8. Kaf şişirildiğinde havayolunu tıkamayacak şekilde arka tarafa doğru şişme yapmalıdır

Dr. Öğrt. Üyesi İsmail SAGÜN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Diyadin No: 123751

Prof. Dr. Handan BİRİÇER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Diyadin No: 1002