

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2729  
İstem No : 81587  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                           | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | FİLTRE, HEPA, TEKNOMAR, GÜVENLİK KABİNİ İÇİN | 1      | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**ÖNEMLİ:**

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

**İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573**


**E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT: İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## TALEP BİLGİ FORMU

|                                                                                                                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bulunduğu Bölüm                                                                                                                                                   | AYAKATAN KEMOTERAPİ ✓                  |
| Cihaz Adı                                                                                                                                                         | BİYOGÜVENLİK KABİNİ (İLAÇ HAZIRLAMA) ✓ |
| Marka                                                                                                                                                             | TEKNOMAR ✓                             |
| Demirbaş Numarası                                                                                                                                                 | 253.3.5/13/67727 ✓                     |
| Cihaz Çalışır Durumdamı ?                                                                                                                                         | EYET ( x ) ✓ HAYIR ( )                 |
| Garanti Bilgileri                                                                                                                                                 | YOKTUR ✓                               |
| Bakım Sözleşmesi Yapılan Firma                                                                                                                                    | YOKTUR ✓                               |
| <b>Cihaz Ek Bilgileri</b>                                                                                                                                         |                                        |
| Cihazın her 6 ay a bir hepa filtresi değişmesi gereklidir. 2025 yılı ikinci filtre değişimi gereklidir.                                                           |                                        |
| <br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Nurettin DİNCER<br>Biyomedikal Sorumlusu |                                        |



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



|                         |                               |             |                  |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| Arızayı Bildiren Bölüm  | Cihaz : BİYOGÜVENLİK KABİNİ   |             |                  |
| AYAKTAN<br>KEMOTERAPİ ✓ | Marka : TEKNOMAR              |             |                  |
|                         | Model :                       |             |                  |
|                         | Seri No:                      |             |                  |
|                         | Demirbaş No: 253.3.5/13/67727 |             |                  |
|                         | Garantili                     |             | Bakım Sözleşmeli |
| Tarih: 07.07.2025 ✓     | Var [ ]                       | Yok [ x ] ✓ | Var [ ]          |
|                         |                               |             | Yok [ x ] ✓      |

Arıza Özeti :

Cihazın filtre değişim zamanı gelmiştir. Filtrenin yenisi ile değişimi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

| Teknik Servis Personeli                                                  | Birim Sorumlusu                                                               | Onay                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Selman ÖCAL<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Biyomedikal Tekniker | <br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Nurettin DİNCER<br>Biyomedikal Sorumlusu | <br>Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI<br>Mersin Üniversitesi Hastanesi<br>Koordinator |

Açıklama :

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Filtre, Teknomar marka biyogüvenlik kabini cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-FİLTRE, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır. ✓
- 4-Filtre, CE(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır. ✓
- 5-Filtre, ilgili firma garantisinde olmalıdır. ✓
- 6- Filtre , ilgili firması tarafından montajı ve kalibrasyonları yapılmalıdır ve sertifikalandırılmalıdır. ✓

  
Serkan ÜCAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Murettin DİNCER  
Biyomedikal Sorumlusu