

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2709
İstem No : 81592
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HEPA INLED FİLTRE, İNKÜBATÖR İÇİN	4	Adet					
2	GAZ HATTI SAFLAŞTIRICI FİLTRE, İNKÜBATÖR İÇİN	7	Adet					
3	HEPA FİLTRE, ÇALIŞMA KABİNİ İÇİN	1	Adet					
4	VOC-PRE FİLTRE, ÇALIŞMA KABİNİ İÇİN	4	Adet					
5	OKSİJEN SENSÖRÜ, ESCO İNKÜBATÖR İÇİN	1	Adet					
6	MEMBRAN FİLTRE, ESCO İNKÜBATÖR İÇİN	2	Adet					
7	UV LAMBA, ESCO İNKÜBATÖR İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.**
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ESCO/MİRİ İNKÜBATÖR İÇİN O2 SENSÖR ✓

1. Teklif edilecek malzemeler birimimizde mevcut kullanılmakta olan Esco Marka, Miri Model İnkübatöre uyumlu olmalıdır.
2. Teklif Edilecek sarf malzemeler cihazda sorunsuz olarak kullanılabilen özellikte olmalıdır.
3. Temin edilen O2 Sensör cihazın çalışmasında herhangi bir performans düşmesine ve özellik kaybına sebebiyet vermemelidir.
4. Cihazın orijinal O2 sensörü olmalıdır.
5. Teklif edilecek sensör kutusunda ve ambalajlı olmalıdır.
6. Bölüm ve cihaz ihtiyacı kapsamında yüklenici firma tarafından 1 adet O2 sensör temin edilecektir.
7. Teklif edilecek O2 sensör cihazın bağlantılarına ve yapısında uyumlu olmalı görünüşünde değişiklik sebebiyet vermemelidir.
8. Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.
9. Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlik belgesine sahip olmalıdır.

ESCO/MİRİ İNKÜBATÖR İÇİN UV LAMBA ✓

1. Teklif edilecek malzemeler birimimizde mevcut kullanılmakta olan Esco Marka, Miri Model İnkübatöre uyumlu olmalıdır.
2. Teklif Edilecek sarf malzemeler cihazda sorunsuz olarak kullanılabilen özellikte olmalıdır.
3. Teklif edilecek UV lamba cihazın çalışmasında herhangi bir performans düşmesine ve özellik kaybına sebebiyet vermemelidir.
4. Teklif edilecek UV lamba cihazın bağlantılarına ve yapısına uyumlu olmalı görünüşünde değişiklik sebebiyet vermemelidir.
5. Bölüm ve cihaz ihtiyacı kapsamında yüklenici firma tarafından 1 adet UV lamba temin edilecektir.
6. Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.
7. Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlik belgesine sahip olmalıdır.

ESCO/MİRİ İNKÜBATÖR İÇİN MEMBRANE FİLTRE ✓

1. Teklif edilecek malzemeler birimimizde mevcut kullanılmakta olan Esco Marka, Miri Model İnkübatöre uyumlu olmalıdır.
2. Teklif Edilecek sarf malzemeler cihazda sorunsuz olarak kullanılabilen özellikte olmalıdır.
3. Teklif edilecek membrane filtre cihazın çalışmasında herhangi bir performans düşmesine ve özellik kaybına sebebiyet vermemelidir.
4. Teklif edilecek membrane filtre cihazın bağlantılarına ve yapısında uyumlu olmalı görünüşünde değişiklik sebebiyet vermemelidir.
5. Filtre iki yönlü pnömatik hortum bağlantısına uyumlu olmalıdır.
6. Filtre hortum bağlantısı 0.6cm'den dar olmamalıdır.

7. Filtre 0,3 Mikrondan daha büyük partikülleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Filtreler medikal amaçlı üretilmiş olmalıdır.
9. Filtre CO2 Ve O2 gazları ile tepkimeye girmemelidir.
10. Cihazın ihtiyacı kapsamında 2 adet membrane filtre temin edilecektir.
11. Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlik belgesine sahip olmalıdır.

L126 DUAL ÇALIŞMA KABİNİ İÇİN VOC PRE-FİLTRE

- 1- K-Systems Marka, L126 model çalışma kabini için uygun olmalıdır.
- 2- Partikül etkinliği en az 5µm partiküllerde %92 etkin olmalıdır.
- 3- Cihazın ihtiyacı kapsamında 1 set temin edilecektir.
- 4- Filtreler paketli olmalıdır.
- 5- Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.
- 6- Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlik belgesine sahip olmalıdır.

L126 DUAL ÇALIŞMA KABİNİ İÇİN HEPA FİLTRE

1. K-Systems Marka, L126 Model çalışma kabini için hepa filtre ölçüleri uygun olmalıdır.
 2. Filtre boyutları cihaza bire bir uyumlu olmalıdır.
 3. Filtre verimi 0.3 µm partiküllerde MPPS de en az %99,995 olmalıdır.
 4. Filtre EN 1822 sınıflandırmasına göre H14 Sınıfında olmalıdır.
 5. Cihaz ihtiyacı kapsamında 1 adet temin edilecektir.
 6. Filtrenin hava akışına basınç tepkisi minimum 125 Pa olmalıdır.
 7. Filtre takıldıktan sonra cihazda herhangi bir performans düşüklüğüne sebebiyet vermemelidir.
 8. Teklif veren firma, teslimat sonrasında, filtreyi ücretsiz olarak değiştirmelidir.
 9. Yüklenici firma, filtre etkinliğinin tespitine yönelik olarak ölçüm yapabilmelidir.
- Hepa filtre değişimi sonrasında bölümün talebi doğrultusunda bilgilendirme amaçlı partikül ve hava akış ölçüm işlemi yapılmalıdır.
10. Filtre değişim işlemi sonrasında kullanılacak olan test ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonu tam ve düzenli yapılıyor olmalıdır. İşlem sonrası, ölçümlerde kullanılan ekipmanın geçerli kalibrasyon sertifikası kurumun talebi olması durumunda ilgili birime servis formları ile birlikte beyan edilmelidir.
 11. Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlik belgesine sahip olmalıdır.
 11. Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.

HERACELL 240 İNKÜBATÖR İÇİN HEPA INLET FİLTRE (VİDALI-İNCE)

1. Thermo Scientific Marka, Heracell 240 model inkübatörler için uyumlu olmalıdır.
2. Filtrenin bir yönü silikon hortum bağlantısına uyumlu olmalıdır.
3. Filtrenin cihaza bağlandığı noktası vidalı olmalıdır.
4. Filtre hortum bağlantısı 0.6cm'den dar olmamalıdır.
5. Filtre 0,3 Mikrondan daha büyük partikülleri tutma özelliğine sahip olmalıdır.
6. Filtreler medikal amaçlı üretilmiş olmalıdır.
7. Filtre CO2 Ve O2 gazları ile tepkimeye girmemelidir.
8. 2 adet Heracell inkübatör için toplam da 4 adet filtre verilmelidir.
9. Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.

HERACELL 240 İNKÜBATÖR İÇİN GAZ HATTI SAFLAŞTIRICI FİLTRE

1. CO2 İnkübatör ile CO2 ve N2 gaz hatları arasına monte edilebilmelidir.
2. CO2 ve N2 gazları içindeki yabancı gaz, ağır metal vb. partikülleri filtreleyebilmelidir.
3. Uygun bağlantı konnektörleri ve özel soketleri aracılığıyla kolayca değiştirilmelidir
Filtrenin giriş ve çıkış bağlantı noktaları farklı yapıda tasarlanarak yanlış bağlantı yapma ihtimali ortadan kaldırılmış olmalıdır.
4. 2 Adet Heracell Marka 240 Model İnkübatör için toplamda 7 adet gaz hattı filtresi temin edilecektir.
5. Filtre içeriğinde bir tabaka halinde $300 \pm \%10$ gr aktif karbon parçacıkları bulunmalıdır.
6. Filtrenin karbon yapısından süzülen gaz, son olarak geçirgenliği $\%99,9 - 0.3\mu m$ özellikli hepa filtreden geçerek hatta bağlanmış olmalıdır.
7. Her bir filtre en az 30 cm uzunluğunda en az 6 cm çapında olmalıdır.
8. Her bir filtrenin değişim periyodu 6 ay olmalıdır, filtrenin kullanım süresi filtre etiketinde belirtilmiş olmalıdır.
9. Filtreler özel vakumlu tekli ambalajında olmalıdır.
10. Teklif veren firma üretici firmanın 13485 ISO Belgesini teklif ekine eklemelidir.
11. Yüklenici firma ISO-9001 Kalite Sistem sertifikasına sahip olmalıdır.
12. Yüklenici firma TSE Hizmet yeterlik belgesine sahip olmalıdır.
13. Filtreye ait CE Belgesi olmalıdır.


Selman DİCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu