

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2746
İstem No : 81616
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

A-IP

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ABESLANG	30000	Adet					
2	DAMLA AYAR SETİ	3000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ABESLANG TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Tahtadan imal edilmiş olmalıdır.
2. Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır
3. Ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
4. Kokusuz ve temiz olmalıdır.
5. Esnek olmamalı, kolayca kırılmamalıdır.
6. Tahtanın yüzeyi tırtiksız yüzeye sahip olmalıdır.
7. Uç kısımları oval olmalıdır
8. En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır.
9. Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır.
10. Boyutları; Uzunluk 15 cm $\pm$ 1cm, Genişlik 1,8cm $\pm$ 0,5cm, Kalınlık 1,5mm $\pm$ 0,3 mm olmalıdır.

DAMLA AYAR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mayi seti steril bir ambalaj içerisinde olmalıdır.
2. Mayi ayar seti üstün hassasiyette olup, ayarlandığı ölçüde sıvı akışını sağlamalı, sapma oranı $\pm$ % 5 'in üzerinde olmamalı, hasta hareketi ile ayarı bozulmamalıdır.
3. Ayarlama sınırları 5cc /saat - 250 cc /saat arasında olmalıdır.
4. Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanılırken açılmalı, her iki uç bağlantı kısmı luerlock tipinde olmalı, intravenöz kanül ve serum seti bağlantı uçlarına serum sızdırmayacak şekilde bağlanabilmeli, intravenöz kanül kısmına yakın bölgede bolus ilaç enjeksiyonuna izin veren ayrı bir hat bulunmalıdır.
5. Setin uzatması en az 45 cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Damla ayar seti ile akış hızı 3($\pm$ 2)- 400($\pm$ 150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir.

Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.


Dr. Abdullah Avcı
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhekim Yardımcısı


Dr. Abdullah Avcı
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhekim Yardımcısı