

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

KD

İlan No : 2025-07-2740
İstem No : 81628
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Algoloji Poliklinik Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 21/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, LATEX İÇERMEYEN, NO:8	500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Doğrudan Temin

**CERRAHİ ELDİVEN, ANTİALERJİK, LATEKS İÇERMEYEN,
PUDRASIZ**

1. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomik el yapısında olmalıdır.
2. Ürün latex içermemelidir
3. Ürün pudrasız olmalıdır.
4. Ürünün 8 aralığında çeşitli numaraları olmalıdır.
5. Ürün içi pudrasız olmalı ve hipoallerjenik özellik taşımalıdır.
6. Ürün, parmak uçlarında pot oluşturmamalıdır.
7. Ürünün bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır.
8. Ürünün koncunun kenarı yırtılmayı ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
9. Ürünün koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır.
10. Ürün, kolay bozulup yırtılmamalı, uzun süren vakalarda deforme olmamalıdır.
11. Ürün, ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet kaybına neden olmamalıdır.
12. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, ıslak ve kuru elle kolay giyilebilmelidir.
13. Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.
14. İç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.
15. Ürünün sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
16. Ürün elektrik akımını geçirmemeli, vücutta yanıklara sebep olmayacak kalitede/özellikte olmalıdır.

Prof. Dr. Davud YAPICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Tic. Sic. No: 29750

Prof. Dr. Selim RUMELİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Alınan B.İ.
Dip. T.C. No: 53662

**CERRAHİ ELDİVEN, ANTİALERJİK, LATEKS İÇERMEYEN,
PUDRASIZ**

17. Ürün giydirilirken kontaminasyonu önlemek için konçu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.
18. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır
19. Ürünün dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır
20. Ürünün parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
21. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilir şekilde ayrı paketlenmiş, numarası, UBB si, LOT Numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
22. Eldivenler TS EN 455-1:2020 standartlarına uygun olmalıdır.
Standartta yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası ve delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Prof. Dr. Davud YAPICI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 53753

Prof. Dr. Selim NURELLİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. Tes. No: 53662