

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2720
İstem No : 81670
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	PLAK KABLOSU, COVIDIEN KOTER CİHAZI İÇİN	25	Adet					
2	PLAK ARA KABLOSU, KAVANDİŞ KOTER CİHAZI İÇİN	10	Adet					
3	PLAK ARA KABLOSU, AVANTEB KOTER CİHAZI İÇİN	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Disposable Plak Kablosu(25 Adet)			
	Marka : COVIDİEN marka koter uyumlu ✓			
	Model :			
Merkez Ameliyathane ✓	Seri No:			
	Demirbaş No:			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih:08/07/2025 ✓	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Cihaz yakma kesme işlemini yapmamaktadır. Yapılan kontrolünde kablosunun arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
BURAK GÖÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKERİ	Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Disposable Plak Kablosu(5 Adet)			
Merkez Ameliyathane	Marka : <u>AVANTEB</u> marka SMART 4 model koter uyumlu			
	Model :			
	Seri No:SD1104439 ✓			
	Demirbaş No:253.3.5.1 ✓			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih:07/07/2025 ✓	Var []	Yok [X] ✓	Var []	Yok [X] ✓

Arıza Özeti : Cihaz yakma kesme işlemini yapmamaktadır. Yapılan kontrolünde kablosunun arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
BURAK GÖÇER BIYOMEDİKAL TEKNİKLERİ	Mersin Üniversitesi Hastanesi Murettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	Doc. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :




T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Disposable Plak Kablosu(10 Adet)			
Merkez Ameliyathane	Marka : KAVANDİSH marka IS410S İCONIC model koter uyumlu			
	Model :			
	Seri No:			
	Demirbaş No:			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih:08/07/2025	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X]

Arıza Özeti : Cihaz yakma kesme işlemini yapmamaktadır. Yapılan kontrolünde kablosunun arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımı mümkün olmadığından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 BURAK GÖÇER BİYOMEDİKAL TEKNİKERİ	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Murettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

KAVANDİSH MARKA KOTER DİSPOSİBLE(TEK KULLANIMLIK) PLAK ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo KAVANDİSH marka İCONİCS IS410S model koter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo "Split" çiftli plakta kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 3-Kablo yapısı kopma ve kırılmaya karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 4-Kablonun cihaza giren soket kısmı ucu split tek pinli olmalıdır.
- 5-Kablonun plak takılan kısmı mandallı tutma özellikte olmalıdır.
- 6-Kablo CE(Güvenlik) kurallarına uygun olmalıdır.
- 7-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

AVANTEB MARKA DİSPOSİBLE(TEK KULLANIMLIK) PLAK ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo AVANTEB marka koter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo yapısı kopma ve kırılmaya karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablonun cihaza giren soket kısmı ucu tak çıkar özellikte olmalıdır.
- 4-Kablonun plak takılan kısmı mandallı tutma özellikte olmalıdır.
- 5-Kablo CE(Güvenlik) kurallarına uygun olmalıdır.
- 6-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

COVIDİEN MARKA DİSPOSİBLE(TEK KULLANIMLIK) PLAK ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo COVIDİEN marka koter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo yapısı kopma ve kırılmaya karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablonun cihaza giren soket kısmı ucu tak çıkar özellikte olmalıdır.
- 4-Kablonun plak takılan kısmı mandallı tutma özellikte olmalıdır.
- 5-Kablo CE(Güvenlik) kurallarına uygun olmalıdır.
- 6-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Tıbbi Sorumlusu