

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2744
İstem No : 81687
Alım No :
Talep Eden Birim : Kadın Hastalıkları ve Doğum / Doğumhane
Konu : SARF MALZEME ALIM

A7

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:40:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DOĞUM VAKUM ÇAN SETİ	10	Set					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KİVİ VAKUM (DOĞUMDA KULLANILAN VAKUM EKSTRAKTÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Malzeme Bilgileri

Malzeme Adı: Kivi Vakum Ekstraktör

Kullanım Alanı: Obstetrik vakum yardımcı doğum işlemlerinde kullanılır.

Teknik Özellikler

1. Ürün tek kullanımlık olmalı ve steril paketler içinde sunulmalıdır.
2. Doğum sırasında fetüsün kafasına uygulanarak, annenin itme gücüne destek olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Vakum başlığı, yumuşak silikon veya elastomer malzemeden üretilmiş olup, fetal kafa üzerinde travmayı en aza indirmelidir.
4. Vakum başlığı çapı 50 mm $\pm$ 5 mm olmalıdır.
5. Vakum başlığı ile entegre şekilde çalışan ve negatif basıncı sağlayan pompa sistemi cihazla birlikte bulunmalıdır.
6. Pompa elle kullanılabilir, basınç ayarı kullanıcı tarafından manuel olarak kontrol edilebilmelidir.
7. Vakum basıncı en fazla -600 mmHg düzeyine çıkabilmeli, bu basınca ulaşma süresi kısa (en fazla 60 saniye) olmalıdır.
8. Cihaz üzerinde basınç göstergesi (manometre) olmalı ve basınç seviyesi okunabilir şekilde gösterilmelidir.
9. Vakum sistemi ile başlık arasında yer alan hortum tek parça, dayanıklı ve steril şekilde sunulmalıdır.
10. Vakum işlemi sonrası kolaylıkla çıkarılabilir ve atılabilir yapıda olmalıdır.
11. Ürün CE belgeli olmalı ve uluslararası kalite standartlarına (ISO 13485 gibi) uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
12. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından onaylı ve Ulusal Bilgi Bankası'na (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
13. Üretici veya ithalatçı firma tarafından garanti süresi ve kullanım kılavuzu sağlanmalıdır.
14. Ürün ambalajında üretici firma adı, üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi açıkça yazılmış olmalıdır.
15. Numune ürün ihale öncesi değerlendirme için teslim edilmelidir.

Nazile DEMİRCİ
Doğumhane Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. P. ...
Doğumhane Sorumlu Hemşire ve
Kadın Hastalıkları Uzmanı
Diy. Tıp. No. ...