

**T.C.**  
**MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ**

**TEKLİF İSTEME FORMU**

22/07/2025

İlan No : 2025-07-2769  
İstem No : 81695  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/07/2025 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                   | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Test. Süresi (Gün) |
|------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KASET, HİDROJEN PEROKSİT STERİLİZATÖRÜ, 100NX UYUMLU | 30     | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
**HASTANE MÜDÜR YRD.**

## HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ KASET 100 NX ŞARTNAMESİ

1. Kasette ki hücreciklerin 5400 {mikro litre} den az olmamak üzere en az 10 hücrecikten oluşan, 58%-59%, Hidrojen peroksit konsantrasyonu/Döngü içermelidir.”
2. Kaset 5 döngü gerçekleştirebilmelidir.
3. Kaset kırılmalara karşı dayanıklı özel esnek plastikten mamul olmalıdır.
4. Kaset kapalı bir naylon torba içinde bulunmalı ve bir kimyasal indikatöre sahip olmalıdır.
5. Kaset CE belgesine ve TİTUBB kaydına sahip olmalıdır.
6. Kasette tanımlı bir RFID çip bulunmalı, böylece kasetin kullanılmış olup olmadığı ve en son hangi hücrede kaldığını hatırlamalıdır.
7. Kasetlerin miadı 1 yıl teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır. Kasetin üstünde son kullanma tarihi belirtilmelidir. Son kullanma tarihinin dolmasına yakın bir zaman kala firmaya bildirilmesi durumunda yeni miadlı ürünle değişimi sağlanmalıdır
8. Teklif edilen ürün özel koşullar gerektirmeden 15-30 °C sıcaklık ve % 30-70 nem aralığında saklanabilmeli.
9. Yüklenici firma, malzemelerin üretim, imalat hataları, teslimat aşamasında ve sonrasında ortaya çıkan kullanıma uygun olmayan ürünlerin belirlenmesi durumunda malzemeyi orijinal, yeni ve sağlam malzemeyle değiştirmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

  
Prof. Dr. Gülden ERSÖZ  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlusu

  
Ayser MERİÇ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi  
Sorumlu Hemşire