

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2808  
İstem No : 81701  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi  
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/07/2025 10:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması                                                        | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KONNEKTÖR Y, NÖROVASKÜLER                                                 | 300    | Adet  |             |              |       |          |                    |
| 2    | BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN, STANDART, M/F GİRİŞLİ, 800PSİ, 30-50CM | 300    | Adet  |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**ÖNEMLİ:**

**1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

**2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## KONNEKTÖR Y, NÖROVASKÜLER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Y konektörü intravasküler prosedürlerde, kateter-guide sistemini tek elle kontrol edebilmek ve her şartta kanın dışarıya akışını engelleyen bir yapıya sahip olmalıdır.
2. Y konektörü dönebilen luerlock kateter bağlantısı, döndürülerek kontrol edilen valf kiliti ve buna bağlı itme çekme hareketi ile açılıp kapanan hemostatik 2. Bir valften oluşmalıdır. Ayrıca bu yapıya bağlı kolay ilaç ve sıvı vermeyi sağlayacak ucunda 2 yollu musluk bulunan fleksible bir konektöre sahip olmalıdır.
3. İtilip çekilme sayesinde tek elle kontrol edilebilen sızdırmazlık özellikli hemostatik valf her türlü guide, balon, stent ve kateter girişine izin verecek genişlikte olmalı ve kullanım sırasında kanamaya engel olmalıdır.



Prof. Dr. Engin KARA  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Eğitim Enstitüsü  
Radyasyon Fizik Uzmanı  
Tlx. Fes. 40. 6444 6444

### BASINÇ HATTI 800 PSI 30-50 CM (M-F) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Konnektörler kateter ile otomatik verici pompa arasında bağlantı amacıyla kullanılacaktır.
2. 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
3. PVC den imal edilmiş olmalıdır
4. İç çapı  $1.5 \pm 0.1\text{mm}$  ve dış çapı  $3.0 \pm 0.1\text{mm}$  olmalıdır.
5. 30 -50cm uzunluğa sahip olmalıdır.
6. Bir ucu erkek, diğer uç dişi olacaktır.(M-F) Uçlar sabit yapıda olmalıdır.
7. Kliniğin otomatik opak pompa makinesi ile uyumlu olmalıdır.
8. Kullanım sırasında king yapmamalıdır.
9. 1 (Bir) adet numune deneme amaçlı bırakılmalıdır. Nihai karar numune denendikten sonra verilecektir.

Prof. Dr. Engin KARA  
MED. Sağlık Araştırma  
ve  
Eğitim Enstitüsü  
Dış Tel: 00 90 312 641427/74343