

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

KD

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2802
İstem No : 81705
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/07/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNTRODUCER SET, PERİFERİK, METAL KAPLAMA, 6F, 24CM	10	Adet					
2	İNTRODUCER SET, PERİFERİK, METAL KAPLAMA, 7F, 24CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

**SET INTRADUCER NÖROVASKÜLER, PERKÜTAN METAL
GUIDING SHEATH TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Metal Sheath, Carotis stentleme ve tüm perifer girişimsel işlemlerin uygulanmasına olanak tanınmalıdır.
2. Metal Sheath, Distal uç radyopak markırlı, yumuşak uçlu ve hidrofilik kaplı olmalıdır.
3. Metal Sheath, Metal sarmal yapıda yuvarlatılmış ve yumuşaklığı ayarlanmış olmalıdır.
4. Metal Sheath, bükülme ve kırılmalara dayanaklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip olmalıdır.
5. Steril paket içerisinde 1 adet basamaklı Dilatör olmalı ve dilatör kılıfın içine kilitlenebilmelidir.
6. Kılıfa bağlı bir yan uzatma ve bunun ucunda 3 lü bir musluk bulunmalıdır.
7. Metal sheath, sistemin 6-7-8-9-10 ve 11 French seçenekleri olmalı, Metal sheath iç lümen çapı 6 f için; 0,087 inch 7 f için; 0,100 inch ve 8 f için; 0,0114 inch olmalıdır.
8. Metal Sheath'in 7cm-11cm-24cm-35cm-45cm-65cm-80cm-90cm ve 100cm olmak üzere 9 farklı uzunluk seçeneği olmalıdır.



Prof. Dr. Enay KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Eğitim Enstitüsü
Radyasyon Fizik Uzmanı
Dip. Tes. No: 0414774343