

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/07/2025

İlan No : 2025-07-2734
İstem No : 81709
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

A7P

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EKRAN, SİNO İNFÜZYON POMPASI İÇİN	30	Adet					
2	AS SERİSİ, FPC(40 PİN) KABLO, SİNO İNFÜZYON POMPASI İÇİN	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

İNFÜZYON POMPA EKRANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ekran SİNO marka SN-S1 model infüzyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Ekran ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Ekran an az 6 ay garantili olmalıdır..
- 4-Ekran CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 5-Ekran cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.

FLEX KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kablo SİNO marka SN-S1 model infüzyon cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablo AC seri FPC 40 pinli olmalıdır.
- 3- Kablo ambalaj paketinde olmalıdır.
- 4- Kablo en az 6 ay garantili olmalıdır.
- 5- Kablo CE(Güvenlik) şartlarına uygun olmalıdır.
- 6- Kablo cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir

İSMAİL YILDIRIM
BİYOMEDİKAL TEKNİKLER:



Mersin Üniversitesi Hastanesi

Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu