

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2813
İstem No : 81776
Alım No :
Talep Eden Birim : MİKROBİYOLOJİ ANA DEPOSU / Mikrobiyoloji Laboratuvar Stoğu
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

A E

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANA PROFİL	896	Test					
2	DS DNA	1000	Test					
3	ANCA	800	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdır
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1. ANA PROFİL ;

1. Kit, immunblot yöntemiyle çalışmalı ve nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromere protein B, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 antijenlerine karşı oluşan antikorları saptayabilmelidir.
2. Kit, 16x01 test stribi formatında olmalı ve her bir strip; nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centromere protein B, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 antijenleri ile ayrı ayrı kaplı olmalı ve bir strip bütün parametreleri içermelidir.
3. İnkübasyon oda sıcaklığında olmalıdır.
4. Stripler üzerinde kontrol bandı bulunmalıdır.
5. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, substrat vs.) kitin içinde bulunmalıdır.
6. Sonuçlar, strip üzerindeki bandların bulunduğu bölgedeki renk oluşumuna göre gözle değerlendirilmelidir.
7. Kit, firma tarafından uluslararası geçerliliği olan bir dış kalite kontrol sistemine dahil edilecektir.

2. DS DNA;

1. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
2. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
3. Çalışılan lamaların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
4. Lamlar 5'li hasta grupları şeklinde olmalıdır.
5. Testin çalışması için gerekli dilüsyon kapları, pipet uçları vb. sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilmelidir
6. Kit, firma tarafından uluslararası geçerliliği olan bir dış kalite kontrol sistemine dahil edilecektir.
7. Kit laboratuvarımızda bulunan floresan ışık mikroskobunda değerlendirmeye uyumlu olmalıdır.

Fevzi E. Kalkan DEMİR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No.: 814

3. ANCA;

1. Kit c ANCA ve p ANCA içerecektir.
2. Kit, immunofloresan tekniğiyle çalışmalı ve insan serumunda nötrofil antijenlerine karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır.
3. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
4. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
5. Kit içerisindeki her bir alan, etanol ve formalin ile fikse edilmiş granulositler ile kaplı 2 BIOCHIP'ten oluşmalıdır.
6. FITC konjugatı, florescein işaretli anti-human IgG (keçi)'den oluşmalı ve PBS ile 1:5 dilüe edilerek kullanılmalıdır. Testi çalışırken kullanılan reagents' tray, slaytların her bir alanındaki reaksiyonun aynı anda başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır. Ayrıca reagents' tray ücretsiz olarak verilmelidir. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskopunda görünür hale geçmelidir.
7. Çalışılan lamaların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
8. Lamlar 5'li hasta grupları şeklinde olmalıdır.
9. Testin çalışılması için gerekli dilüsyon kapları, pipet uçları vb. sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilmelidir.
10. Kitler laboratuvarımızda bulunan floresan ışık mikroskopunda değerlendirmeye uyumlu olmalıdır.

Fevzi Furkan DEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No.: 814