

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2831
İstem No : 81782
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : CİHAZ YEDEK PARÇA ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AMPUL, XENON, SOĞUTUCULU, 300 W, CERRAHİ MİKROSKOP İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SOĞUTUCULU XENON AMPÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hastanemizde kullanılmakta ZEİS marka KİNEVO 900 model cerrahi mikroskoba uyumlu olmalıdır.
- 2-Kullanılacak mikroskobun koaksiyel aydınlatması ile birebir uyumlu olmalıdır.
- 3-Kullanılacak mikroskobun yer ayağı üzerine entegre edilmiş ana ışık modülüne uygun olmalıdır.
- 4-Mikrosbun orijinal üretici ya da yetkilisi tarafından en az 6(altı) ay ya da 500(beş yüz) saat çalışma garantisi kapsamında olmalıdır.
- 5-Xenon ampül modülü üzerine çalışma kazağı ve soğutucu ünitesi ile beraber komple verilmelidir.
- 6-Xenon ampül gücü 300 Watt olmalıdır.
- 7-Xenon ampül 220 V 50 Hz şehir cecreyanı ile +/-%10 luk tolerans ile çalışmalıdır.
- 8-Xenon ampül cihaza monte edildiği zaman lamba ömrünü göstermelidir.
- 9-İlgili firma ampül teslimatı sırasında gerekli bakım ve kontrolleri yapacaktır.
- 10- Ampül cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/61354


Dr. Ayşe Derya KARAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 465522