

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2847
İstem No : 81802
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 30/07/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, NO:7.5	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

KANÜL, TRAKEOSTOMİ, BALONLU, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Thermoplastik, non –toksik, termosensitiv şeffaf PVC’den imal edilmiş olmalıdır.
2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren saten yapıda ve en az şekilde temas edecek özel görüntü kesimli olmalıdır. Kafi düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.
3. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerine tüpün iç çapı ve markası yazılı olmalıdır.
4. Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun yerleşimi sağlamak amacıyla 105 olmalıdır.
5. Kanülün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak mavi çizgi tüp boyunca izlenebilmelidir.
6. Şeffaf tespit kanatları, maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Tespit kanadı üzerinde malzemenin markası, iç ve dış çapı kanülün uzunluğu yazılmalıdır.
8. Kanülün içindeki mandren (obturator), kanülle tam uyumlu olmalı ve güvenli kullanım için sağ ya da sola çevrilerek çıkarılmalıdır.
9. Obturatorün ortası, gerektiğinde içinden rehber tel geçecek şekilde delik olmalıdır. Rehber telin, kanülün konnektör kısmından kanülün uç kısmına kadar rahat ve güvenli ilerlemesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olması gerekmektedir.
10. Ürün lateks içermemelidir.
11. 15 mm’lik tüm standart devre bağlantılarına uymalıdır.
12. Paketin içinde trakeostomi kanülü; obratür, kanül tespit bağı ve başka bağlantılarla karışmaması için tanıtıcı yapışkan bandı bulunmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf VAYISOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
K.B.B. A.B.D.
Dip. Tes. No.: 3327

Doç. Dr. Harun GÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 144887