

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/07/2025

İlan No : 2025-07-2908
İstem No : 81815
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/08/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SOL, 5F, JL3	30	Adet					
2	KATETER, ANJİOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU, SOL, 6F, JL3	30	Adet					
3	KATETER, GUIDING, 6F, FL3	20	Adet					
4	KATETER, GUIDING, 5F, JR4	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

1-2. KATETER ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU 5F-6F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter içinden 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel rahatça geçmelidir.
2. Opak maddenin rahat gönderilebilmesi için,iç lümeninin geniş olması gereklidir.
3. İç Lümen en fazla 0,056 inch olmalıdır.
4. Kateterin uç kısımları hariç,iç kısımları çelik tel ile iyice desteklenmiş olmalıdır.
5. Kateterin uç bölümü damarda travma yaratmamak için soft yapıda olmalıdır.
6. Önceden şekillendirilmiş uçlarının damara girişte yönlendirilirken kılavuz tel ile düzeltildiğinde tekrar eski haline gelebilecek kuvvetli hafızası olmalıdır.
7. Kateter ucu, damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için radyoopak, atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.
8. Kateterin bağlantı noktası (hub) kullanılan kılavuz telin kateterin içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
9. Trombojeniteyi azaltmak ve kayganlığı artırmak üzere kateterlerin üzeri uygun bir maddeyle kaplanmış olmalıdır.
10. Kateterler 1000-1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
11. Kateterlerin radyoopak özelliği yüksek olmalıdır.
12. Kateterler tekli steril paketlerde olmalıdır.

İMZA Uzm. Hems. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Doç. Dr. Emrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No.: 155780	İMZA Prof. Dr. İ. Tuncay ÖZCAN Mersin Ünv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI Dip. No: 2300
---	--	---

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

3-4. KATETER GUIDİNG 5F – 6F TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Damar ağzına oturmasını sağlayan yumuşak primer segment ve destek stabilitesini sağlayan daha sert seconder segmentten oluşmalıdır.
2. Ucunda radiopak marker bant olmalıdır.
3. Uç yapısı travmayı azaltmak için yumuşatılmış olmalıdır.
4. Uç 20 cm lik kısmı fleksibl yapıda olmalıdır.
5. Kateterin içi kayganlaştırıcı bir madde ile kaplanmış olmalıdır.
6. Torqu (çevirme gücü) en uca kadar itilebilmelidir.
7. Kateterin ucu yumuşak atravmatik olmalı, işlem sırasında hastanın vücut sıcaklığına bağlı olarak uç şekli bozulmamalı ve back-up özelliğini kaybetmemelidir.
8. Kateterler 1/1 manipülasyona sahip olabilmeli ve uç şekilleri hafızalı yapıya sahip olmalıdır.
9. 6F Guiding kateter içerisinden işlem esnasında aynı anda balon ve stent birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır.
10. Kateter hubdan ucuna kadar devamlı aynı ölçüyü verebilecek özellikte olmalıdır.
11. Kateterin uç kısmı yüksek derecede radyopak olmalıdır.
12. Kateterler, kıvrımlı damarlara uygun olmalı ve yüksek torkabilite değerlerine sahip olmalıdır.
13. Kateter, naylon veya polyester veya pebax malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
14. Kateterin iç kısmı friksiyonu azaltmak amacıyla "PTFE" kaplı veya özel kaygan bir malzeme ile kaplı olmalıdır. Trombo rezistansı azaltan özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.
15. Kateterin gövdesi kink rezistansı ve iyi tork kontrol sağlayan paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır.
16. Kateter; 5F çap için en az 0.054inch veya 6F çap için en az 0.070inch iç lümen ölçüsüne sahip olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Angiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Öğr. Gör. Dr. Enan YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No.: 155780	İMZA Prof. Dr. İ. T. Kay ÖZCAN Mersin Univ. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ AD. BAŞKANI Dip. No: 2500
---	--	--