

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

24/07/2025

İlan No : 2025-07-2829
İstem No : 81856
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Nefroloji / Çocuk Nefroloji Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **30/07/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 10F, 12CM	3	Adet					
2	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 10F, 17CM	3	Adet					
3	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 10F, 19CM	3	Adet					
4	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 10F, 23CM	3	Adet					
5	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 8F, 12CM	3	Adet					
6	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 8F, 15CM	3	Adet					
7	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 8F, 18CM	3	Adet					
8	KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 12F, 28CM	3	Adet					

EB

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

1-KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 10F, 12CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 12 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 10F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali DÖLMEZ
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 61290-62734

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539

2. KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 10F, 17CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 17 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 10F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelmpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastane
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Ust.
Dip. Tes. No: 61290-62734

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 102839

3.KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK,10F,19CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 19 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 10F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzm.
Dip. Tes. No: 61290-62734

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539

4.KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK,10F,23CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 17 cm uzunlukta sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 8F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.

Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır

Prof. Dr. M. DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 61290-62734

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVAC
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539

5.KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK,8F,12CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 12 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliestere materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming velümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 8F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.

Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzm.
Dip. Tes. No.: 61290-62734

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539

6. .KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK,8F,15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ


- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 8F kalınlığında, kateter uzunlukları 15 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliestere materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 8F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelmpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.


Prof. Dr. Ali DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji Uzmanı
Dip. Tel: 0312 250 01734


Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tel: 0312 250 01734

7. KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK, 8F, 18CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 18 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.


DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 8F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelmpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.

Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır


DR. AYDIN DELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzm.
Dip. Tes. No: 61290-62734


Aras. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 162539

8.KATETER, HEMODİYALİZ, TÜNELLİ, PEDIATRİK,12F,28CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 10F kalınlığında, kateter uzunlukları 28 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
- Kateter poliüretan materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilen dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 12F cufflu kateter olmalıdır.
- 1 Adet emniyetli giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter kelpi olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.

Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır

Prof. Dr. Ali B. ELİBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. Çocuk Nefroloji Uzmanı
Dip. Tes. No.: 61290-62734

Araş. Gör. Uzm. Dr. Burcu AYVACI
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nefroloji
Dip. Tes. No: 184899