

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/08/2025

İlan No : 2025-08-3066
İstem No : 81858
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) / Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

AK

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BIYOSERAMİK KANAL DOLGU PATİ	20	Kutu					
2	PERFORASYON TAMİR MATERYALİ, KALSİYUM SİLİKAT ESASLI	20	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM

EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

PERFORASYON TAMİR MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Endodontik komplikasyonlar için tedavi amacıyla kullanılabilen birkaç mineral oksitten oluşmuş siman olmalıdır.
- 2) İnce hidrofilik partiküllerden oluşmuş olmalıdır.
- 3) Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal dolumu, pulpa örtülmesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpatomy vakalarında kullanımı endike olmalıdır.
- 4) Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.
- 5) Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyonunda periradikuler sementum formunun oluşumunu sağlamalıdır.
- 6) Pulpa örtülmesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu desteklemelidir.
- 7) Nem kontrolü yetersiz olduğunda bile endike olmalıdır (örn: kanal perforasyonu için cerrahi işlem, ters kanal dolumu), özelliklerini kaybetmemelidir.
- 8) Ürün içeriği SiO_2 , K_2O , Al_2O_3 , Na_2O , Fe_2O_3 , SO_3 , CaO , Bi_2O_3 , MgO ve çözülmemiş artıklar (kristal silika, kalsiyum oksit ve potasyum sülfat ve sodyum) şeklinde olmalıdır.
- 9) Su ile ilk temasında jel şeklini almalı ve 10-15 dakika içinde sertleşmelidir. Sertleşme süresi: başlangıç: 10 dakika; final: 15 dakika şeklinde olmalıdır. 15 dakika sonrasında tümüyle katılaşmış olmalıdır.
- 10) Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertliğini beklemeye gerek olmamalıdır.
- 11) Dentin ve kemikten daha iyi radyopak özellikte, gutta-percha'ya yakın olmalıdır.
- 12) Radyografik incelemeye uygun olmalıdır.
- 13) Bakteri oluşumunun engellenmesi ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği için yüksek oranda alkalik (pH 12) değere sahip olmalıdır.
- 14) Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.
- 15) Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.
- 16) Ürün paketi içerisinde: 7 dozluk (1 gr) MTA White, 3ml distile su şişesi ve ölçü kaşığı bulunmalıdır.
- 17) Ürün CE 0434 standartlarına sahip olmalı ve ambalajının üzerinde CE ibaresi bulunmalı

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi
Dip. Tes. No: 32589
Uzr. Tes. No: 128713

Dr. Öğr. Üyesi Aslı SOĞUKPINAR ÖNSÖREN
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Diş Hekimliği A.D.
Dip. Tes. No.: 128581

BİYOSERAMİK KANAL DOLGU PATİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Kök kanal patı enjekte edilebilmelidir.
- b) Kolaylıkla doldurulabilmelidir.
- c) Yeterli çalışma zamanı tanınmalıdır.
- d) Sızdırmazlık uygulamaları olmalıdır.
- e) Dentin yapısına uygun bir yapıştırmaya sahip olmalıdır.
- f) Önceden karıştırmaya gerek kalmadan hazır halde enjektörde olmalıdır.
- g) MTA bazlı kök kanal sızdırmazlık malzemesi ve radyopak olmalıdır.
- h) Kök perforasyonunun onarımında kullanılır olmalıdır.
- i) Guta perka ile tıkama tekniğine uygun olmalıdır.
- j) Suya dayanıklı olmalıdır.
- k) Genişletilmiş antibakteriyel etki için yüksek pH 12 olmalıdır.
- l) Kutu içerisinde 2gr şırınga, 20 adet tek kullanımlık uç, 20 endo stop ve 1 silikon kapak olmalıdır.
- m) Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir.

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş Çene Radyolojisi A.D.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özcan Özcan
Diy. Tes. No: 32589
Diy. Tes. No: 128713

Dr. Öğr. Üyesi A. SÖĞÜKÇİNAR ÖNSÜREN
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Diş Hekimliği A.D.
Diy. Tes. No: 128581