

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

31/07/2025

İlan No : 2025-07-2913
İstem No : 81889
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 06/08/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. 3 (Gi
1	KAN TUPU NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI	25	Adet					
2	GAİTA VE İDRAR TAŞIMA ÇANTASI	25	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Prof. faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslim: kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve op süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olm bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sist kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Ku Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TES EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

İDRAR – GAİTA NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(25 ada)

- 1-Çanta şeklinde taşınabilir olup kulpu olmalıdır. Kulpu sağlam olup çabuk kırılmamalıdır.
- 2-Taşıma kulpu hareketli olmalı, kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü olmalıdır.
- 3-Çanta dayanıklı maddeden üretilmiş olup, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 4-İç yüzey temizliği kolay yapılabilmelidir.
- 5-İçine konulacak numunelerin dökülmesini ve sallanmasını önleyecek şekilde tasarlanmış olup gerektiğinde çıkarılabilecek sporları olmalıdır.
- 6-Çanta bilinçsiz müdahaleleri önlemek amacıyla kilitlenebilir özelliğe sahip olmalıdır. Ayrıca kilit takılabilmesi için özel bölmesi bulunmalıdır. Kilidi sağlam olmalıdır.
- 7-Kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180 derece hareketli olmalıdır.
- 8-Boyutu 30x15x15 (±5) cm olmalıdır.
- 8- Çantanın üst ve yan yüzeyinde “İdrar-Gaita Numune Taşıma Çantası” yazmalıdır.
- 9- İdrar-gaita numune taşıma çantası sarı renkte olmalıdır.
- 10- 7(±2) idrar, 7(±2) gaita örneği taşımaya uygun spor bulunmalıdır.
- 11- Üzerinde güvenlik uyarı yazıları olmalıdır.
- 12- Spor hastanemizde kullanılan idrar ve gaita kaplarını taşımaya uygun olmalıdır.
- 13- Temizliği kolay ve bakteri barındırmaz özellikte olmalıdır.
- 14- Sporu çantanın içerisinden istenildiğinde çıkarılabilir olmalıdır.


Merve KOCAMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Hemşire Hrm. Koordinatörü


Dr. Abdullah AVCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

KAN T P  NUMUNE TA SIMA  ANTASI TEKNİK  ARTNAMESİ

(25 adet)

- 1- anta  eklinde ta ınabilir olup kulpu olmalıdır. Kulpu saėlam olup  abuk kırılmamalıdır.
- 2-Ta ıma kulpu hareketli olmalı, kulp kapandığı zaman kapaėın i ine g m l  olmalıdır.
- 3- anta dayanıklı maddeden  retilmi  olup, y zeyi p r zs z olmalıdır.
- 4-İ  y zey temizliėi kolay yapılabilmelidir.
- 5-İ ine konulacak numunelerin d k lmesini ve sallanmasını  nleyecek  ekilde tasarlanmı  olup gerektiėinde  ıkarılabilecek sporları olmalıdır.
- 6- anta bilin siz m dahaleleri  nlemek amacıyla kilitlenebilir  zelliėe sahip olmalıdır. Ayrıca kilit takılabilmesi i in  zel b lmesi bulunmalıdır. Kilidi saėlam olmalıdır.
- 7-Kapak ve g vdesi birbirine monteli en az 180 derece hareketli olmalıdır.
- 8-Boyutu 30x15x15 ( 5) cm olmalıdır.
- 9-  antanın  st ve yan y zeyinde "Kan T p  Numune Ta ıma  antası" yazmalıdır.
- 10-Kan t p  numune ta ıma  antası kırmızı renkte olmalıdır.
- 11- zerinde g venlik uyarı yazıları olmalıdır.
- 12- Temizliėi kolay ve bakteri barındırmaz  zellikte olmalıdır.
- 13- T p sporu  antanın i erisinden istenildiėinde  ıkarılabilir olmalıdır.
- 14- Kan t p  sporu en az 60 ( 10) delikli olmalıdır.
- 15-Farklı boyutlarda kan t plerini (sedim, hemogram, biyokimya, hormon gibi) ta ımaya uygun olmalıdır.
- 16-Kan  rnek t pleri dik olarak yerle tirilebilir olmalıdır.


Dr. Abdullah Avcı
Mersin  niversitesi Hastanesi
Ba hem  re Yardımcısı


Dr. Abdullah Avcı
Mersin  niversitesi Hastanesi
Ba hem  re Yardımcısı