

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

01/08/2025

İlan No : 2025-08-2929
İstem No : 81920
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 07/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VENTİLATÖR DEVRESİ, DİSPOSABLE, YETİŞKİN	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ, YETİŞKİN

1. Mekanik ventilatör cihazı ve hasta arasında hava akışını sağlamak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ventilatör solunum devresi standart (çift hatlı) olmalıdır.
3. Devreler çift su tutuculu olmalıdır. Devreyi oluşturan hortum yolları PP, PE veya PVC yapıda olmalıdır.
4. Devreyi oluşturan hortum yolları koruge yapıda olmalı, 2 portlu Y konnektör olmalı ve bağlantı hatlarında sıkı geçme olmalıdır.
5. Devrenin insprituvar kolu ara bağlantı ile (nebul) ilaç vermeyi sağlamak amacıyla Y portundan ayrılabilirmeli, yapışık olmamalıdır.
6. Devrenin yetişkin boylarında en az 1 er adet ekspirum ve inspiryum hattı olmalıdır.
7. Yetişkin solunum devresinde inspirasyon ve ekspirasyon hortumlarının çapı en az 19 mm, olmalıdır.
8. Yetişkin solunum devresinde inspirasyon ve ekspirasyon hatları en az 150 cm olmalıdır.
9. Devre y konnektör ucunda CO2 ölçümüne olanak sağlayacak luer-lock port bulunmalıdır.
10. Yetişkin solunum devresinde inspirasyon ve ekspirasyon hatlarında birer su tu tutucu bulunmalıdır.
- 11.Devrenin iç yüzeyi sıvı birikmesini engelleyecek şekilde olmalıdır.
- 12.Devrenin su tutucuları şeffaf sıvı hazneli, kolları paralel ve yivli kapaklı olmalı, istenildiğinde açılıp kapanabilmeli ve hortumlara sabitlenmiş olmalıdır. Su tutucunun dolması halinde devreye su gitmesini engelleyen valf bulunmalıdır. Biriken suyu boşaltmaya imkan veren şekilde olmalı ve bu işlem esnasında devrede hava kaçağı olmamalıdır.
- 13.Devre ile beraber orijinal ambalaj içerisinde 2lt hacminde latex içermeyen balon olmalıdır.
- 14.Devre orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 15.Devre üniversal olmalı ve klinikte bulunan cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
- 16.Ürün birlikte kullanılan tüm bağlantı parçaları ile tam uyumlu olmalı, kullanım esnasında kolay ayrılmalıdır.
17. Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri yapılmış olmalıdır.
18. Ürün tekli orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkod ve lot bilgisi bulunmalıdır.
19. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilecek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Prof. Dr. Tuğsan Egeмен DİGİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
E-posta No: 47611-5551

Prof. Dr. Ali Aydın ALTUNKAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Korun Bakım B.D.
E-posta No.: 763