

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/08/2025

İlan No : 2025-08-3024
İstem No : 82036
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AY

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 15/08/2025 08:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÇİVİLİ BAŞLIK SİSTEMİ, BEYİN CERRAHİ İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ÇİVİLİ BAŞLIK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Sistem Mayfield dizaynında ve orijinal olmalıdır.
- 2) Skull Clamp 3 çivili olmalıdır.
- 3) Skull clamp üzerindeki çivilerin basınç ayarı ayrı ayrı yapılabilmesi ve uygulanan basınç değerleri her çivi üzerinde bulunan skaladan ayarlanıp takip edilebilmelidir. Çivi tutucular üzerinde aşağıda basınç değerleri belirtilen skala çizgileri yer almalıdır.
 - 1.Çizgi – 20 lbs / 9 Kg
 - 2.Çizgi – 40 lbs / 18 Kg
 - 3.Çizgi – 60 lbs / 27 Kg
 - 4.Çizgi – 80 lbs / 36 Kg
- 4) Skull clamp üzerinde yer alan ikili pin tutucularda 3. maddedeki yer alan torklama değerine eş değer bir skala yer almalıdır. Pin tutucunun sıkma başlığında, sıkma işleminin anahtar yardımı ile yapılabilmesi için hexagonal geometriye sahip bir anahtar yuvası olmalıdır. Bu anahtarın skull clamp üzerinde kullanılmıyorken sabitlenebileceği bir bölüm olmalıdır. Bu durum katalog ile belgelenmelidir.
- 5) Hızlı diş bozulmalarını engellemek amacıyla tekli pin tutucu yuvası içinde paslanmaz çelik helicoil yer almalıdır.
- 6) Çivili başlıkta kullanılmak üzere 3 adet pediatrik ve 3 adet erişkin reusable çivi bulunmalı, çiviler gaz ve buhar sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
- 7) Çivi uçları ince, sivri ve kemiğe yeterince saplanabilecek şekilde maksimum güvenlik, minimum kanama esasına göre derinlik kontrolü ile tasarlanmış olmalıdır.
- 8) Çivili başlık sisteminin Skull Clamp parçası hafif olmalı ve dayanıklılık süresi uzun olmalıdır.
- 9) Teklife masa bağlantı adaptörü dahil edilmelidir. Masa bağlantı adaptörü her türlü ameliyat masasının yan raylarına takılabilecek şekilde ayarlanabilmeli, genişliği ayarlanabilir olmalı ve üzerindeki delikler teklif edilen base unit ile tam uyumlu olmalıdır.
- 10) Kilitleme kolunun mesafesi, kilitli konumda iken altına parmaklar girebilecek aralığa sahip olmalı, istendiğinde rahatlıkla açılıp kapanabilmelidir.
- 11) Skull Clamp ile Base Unit arasında bir swivel adaptör bulunmalı, adaptör 360 derece dönebilir özellikte olmalıdır.
- 12) Verilen pozisyonun operasyon boyunca sabit kalabilmesi için swivel adaptör üzerinde kilitleme mekanizması olmalıdır.
- 13) Tek kilitleme kolu ile hem lateral, hem de vertikal pozisyonlarda daha iyi pozisyon ayarlama ve değiştirme mümkün olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 54252/61354

Doç. Dr. Derya KARAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 166322

- 14) Teklif edilen çivili başlık ile kullanıma uygun ve aynı üretici firma tarafından üretilen otomatik leyla ekartör sistemi (halo) üretimde olmalı ve bu kataloglar ile ispatlanmalıdır.
- 15) Elektrik akımından korunmak için masa bağlantı uçları iç izolasyon ile kaplı olmalıdır.
- 16) Sistemin oturur pozisyonda da kullanılabilmesi amacıyla, sonradan satın alınmak üzere, üretici firmanın ürün gamında crossbar adaptör ve masa bağlantıları bulunmalıdır.
- 17) Gerektiğinde sisteme dahil edilmek üzere yetişkin ve pediatrik olmak üzere 2 çeşit at nalı başlık da üretici firmanın portföyünde bulunmalıdır. At nalı birçok pozisyonda kullanılabilmeli, değişik baş büyüklüklerine ayarlanabilmeli ve basınca duyarlı jel pedler aracılığı ile nekrozu azaltmalıdır. Jel pedler sıvıya dayanıklı olmalı ve kolayca sökülüp temizlenebilmelidir. Yetişkin at nalı supine ve prone pozisyonlarında kullanılabilmelidir. Pediatrik at nalı, prematüre bebeklerde ve küçük çocuklarda prone ve supine pozisyonlarında kolaylıkla kullanılabilmelidir.
- 18) Sistem için 2 yıl ücretsiz, 10 yıl ücreti karşılığında bakım ve hizmet garantisi olmalıdır.
- 19) Teklif edilen sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

- a. Skull clamp 1 (bir) adet
- b. Base unit 1 (bir) adet
- c. Swivel adaptör 1 (bir) adet
- d. Yetişkin çivi – reusable 3 (üç) adet
- e. Pediatrik çivi – reusable 3 (üç) adet
- f. Masa bağlantı adaptörü 1 (bir) adet

Prof. Dr. Ahmet DAĞTEKİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54252/6-354

Dr. Öğrt. Üyesi Derya KARATAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
165522