

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/08/2025

İlan No : 2025-08-3179
İstem No : 82119
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : BLOK ARŞİV VE LAM ARŞİV DOLABI

AY

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BLOK ARŞİV DOLABI	32	Adet					
2	LAM ARŞİV DOLABI, ÇEKMECELİ	160	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dolap çekmecelerden oluşmalıdır.
2. Bir dolap 10-12 çekmece içermelidir.
3. Bir çekmece kaset boyutlarına uygun olarak bölünmüş 12 bölmeden oluşmalıdır.
4. Bir çekmece 450-500 kaset alabilmelidir.
5. 0,8 mm kalınlığında paslanmaz sacdan yapılmalıdır.
6. Elektrostatik fırın boyalı olmalıdır.
7. Ürün ISO 9001 : 2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
8. Ürünlerin ezik , kırık vb. hasarlı olması durumunda firma tarafından ücretsiz değişim yapılmalıdır.
9. Laboratuvarımızda kullanılan blok boyutlarına uygun olmalıdır.


Doç. Dr. Ferah TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 104881-99575


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Dolap ölçüleri 43 X42X13 cm olmalıdır.
- 2.Dolap saç kalınlığı 0,80 mm olmalıdır.
- 3Her bir dolap 12 sürgülü çekmecedan oluşmalıdır.
- 4.Çekmeceler rahat çalışmalı , çekmece kupları , 1.5 mm kalınlığında olmalı , her bir çekmece yaysız 220 , yaylı 120 lam alabilmelidir.
- 5.Dolaplar üst üste konulunca kaymaması için özel sistem olmalı , altında baza üstünde kapağı olmalıdır.
6. Dolaplar en az 25 adet üst üste konulunca ezilme olmayacak sağlam yapıya sahip olmalıdır.
- 7.Dolaplar 180 -200 º de fırınlanmış elektrostatik toz fırın boya ile boyanmalıdır.
8. Ürün ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır ve bu belge teklifle birlikte sunulmalıdır.
- 9.Kullanılan lam boyutlarına uygun olmalıdır.

Doç. Dr. Ferah TUNCEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 104881-98575

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
NEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634