

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/08/2025

İlan No : 2025-08-3177
İstem No : 82161
Alım No :
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KALP PİLİ ELEKTRODU, GEÇİCİ, 6FR	50	Adet					
2	INTRODUCER, ANJİOGRAFİK, 8FR, 11CM	30	Adet					
3	KATATER, INTRAKARDİYAK, LONG SHEAT	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

1. KALP PİLİ ELEKTRODU, GEÇİCİ, 6FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrod 6F kalınlıkta ve en fazla 125cm uzunluğunda ve kullanılabilir uzunluk 110cm olmalıdır.
2. Elektrod gövdesi üzerinde 10cm aralıklarla derinlik işaretleri olmalıdır.
3. Elektrod esnek atravmatik, yumuşak bir materyalden (poliüretan) ve radyoopak olmalıdır.
4. Kateter ucu kıvrık olmalıdır.
5. Elektrodun surface alanı 19mm² den az olmalıdır.
6. İletken trombusa dirençli poliüretan ile yalıtılmış olmalıdır.
7. Kateter elektrodları'nın katot ve anot uçları arasında 10mm mesafe olmalıdır. Elektrod paslanmaz çelikten ve 3mm uzunluğunda olmalıdır.
8. Sterilizasyon tarihi ambalajın üzerinde olmalıdır.
9. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

2. İNTRADUCER, ANJİOGRAFİK, 8F CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perkutan, damara geçici olarak yerleştirilen ve içerisinden kateter geçirilmesi amacıyla kullanılan iki ayrı parçadan oluşan malzemedir.
2. Ucu gittikçe incelen polyetilen veya teflon ancak elastik yapıda takriben 16-20 cm arası uzunlukta dilatör ile dilatörün içine geçtiği bir ucu valfli ve konnektörlü 11 -15 cm arasında uzunluk 8F kalınlıkta sheath ile bu sistemin yerleştirilmesi sırasında kullanılan yeterli uzunlukta (en az 40-45 cm uzunlukta) bir ucu j şeklinde olan 0.038 inch kalınlıkta guide-wireden oluşmaktadır.
3. Kateter giriş bölümünün dışarıda kalan hub kısmında hemostaz için silikon valf içermelidir. Silikon valf kanamayı ve hava embolisini önlemek için özel dizaynda olmalıdır.
4. Cilt ve cilt altı dokular geçilirken, dilatör ve sheath' in birbirinden ayrılmadan ilerletilmesine olanak sağlayan kitleme mekanizması olmalıdır.
5. Sheath ve diladatör yumuşak dokuyu zedelemeyecek yapı ve esneklikte olmalıdır.
6. Yıkama, ilaç veya kontrast madde uygulamaları gibi işlemler için kateter giriş bölümünde bir adet uzatma ve üç yollu musluk bulunmalıdır.
7. Uzun süreli kateterizasyonlarda veya sheath'in uzun süre damar yolunda kalacağı durumlarda dislokasyonu önlemek için, hub kısmında bir adet cilt / sutur sabitleme halkası olmalıdır.
8. Dilatör ve sheath polyurethan' dan üretilmiş olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA İçr. Gör. Dr. Enrah YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No: 335780	İMZA Prof. Dr. İ. Tuncay ÖZCAN Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ ANBİRSANI Dip. No: 2500
---	--	--

	TEKNİK ŞARTNAME	MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
--	----------------------------	--

9. Dilatör ve sheath dizaynı cilt, cilt altı ve vasküler yapılarda travmaya yol açmaması için özel dizayn edilmiş olup geçiş noktaları pürüzsüz olmalıdır.
10. Dilatatör ve guide wire ucu dokuya zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
11. Setin içerisinde 1 adet ponksiyon iğnesi bulunmalıdır.

3. KATETER, İNTRAKARDİYAK LONG SHEATH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İntrakardiyak long sheath kateter elektrofizyolojik çalışmalar için sol atriumda diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
2. İntrakardiyak long sheath kateter; hemostasis valf ve side-portlu intraduser sheath ve dilatörden oluşmalıdır.
3. İntrakardiyak long sheath kateter en az 7F olmalıdır.
4. İntrakardiyak long sheath kateter en az 55cm uzunluk ve en az 18G çapında Brokenbrough serisi transeptal needle ile uyumlu olmalıdır.
5. Kateter ucunda radio opak marker bulunmalıdır.
6. Kateter sonunda 3 yollu musluk bulunmalıdır.
7. Kateter sonunda hemostaz valf e sahip olmalıdır.
8. İntrakardiyak long sheath kateter, 0.032inç veya 0.035inç veya 0.038inç kılavuz tel ile çalışılabilir özellikte olmalıdır.
9. Long sheath kateter de yıkama ve /veya kontrast madde verme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan bir side-port bulunmalıdır.
10. Long sheath kateter ucu ve dilatatörün ucu esnek, yumuşak, atravmatik ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
11. İşlem sırasında kateterin torkabilitesi iyi olmalıdır.
12. Dilatatör ve sheath kateterin birbirine kilitlenmesi/ayrılması kolay ve güvenli olmalıdır.

İMZA Uzm. Hemş. Sibel ÇALIŞKAN Mersin Üniversitesi Hastanesi Koroner Anjiyografi Sorumlu Hemşiresi	İMZA Öğr. Gör. Dr. İbrahim YEŞİL Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tes. No.: 155780	İMZA Prof. Dr. I. Türcay ÖZCAN Mersin Univ. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dip. No: 2500
---	---	---