

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/08/2025

İlan No : 2025-08-3227
İstem No : 82190
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARAKNOİD BİÇAK, TEK KULLANIMLIK	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ARAKNOİD BİÇAK

543239

- 1) Teklif edilecek bisturiler beyin cerrahi, genel cerrahi ve mikrocerrahi gibi işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Teklif edilecek bisturiler tek kullanımlık olmalıdır. Ürünler kullanıma hazır şekilde, steril ambalajlı olarak sunulmalıdır.
- 3) Teklif edilecek bisturiler EO (etilen oksit) sterilizasyon yöntemi ile sterilize edilmiş olmalıdır.
- 4) Teklif edilecek bisturiler mikroskopik düzeyde hassas diseksiyon, damar ayrımı ve doku soyulması gibi farklı amaçlar için kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
- 5) Teklif edilecek bisturiler 5 adet 1 paket set halinde veya ayrı ayrı olarak temin edilebilmelidir.
- 6) Teklif edilecek bisturiler ve handle (elçek) kısmı tek parça veya ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- 7) Teklif edilen bisturilerin sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.
- 8) Bıçak uçları pas, çentik, çapak, kırık içermemeli ve keskinlik açısından gerekli kalite standartlarını sağlamalıdır.
- 9) Ürün 3-0 dikiş ipliğini kesebilecek keskinlikte olmalıdır.
- 10) Ürün, kullanıldığı alanda dokuya zarar vermeden çalışmayı destekleyecek ergonomik yapıda olmalıdır.
- 11) Ürün üretiminde kullanılan malzemeler; ABS sap, 30Cr13 paslanmaz çelik ve TC4 titanyum alaşımı gibi tıbbi kullanıma uygun malzemelerden olmalıdır.
- 12) Sklapel kapa yapısı düz olmalıdır.

Prof. Dr. Ahmet ÇANKIRI
Mikrobiyoloji Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54252/61354

Prof. Dr. Uğur DAVUT KAYA
Mikrobiyoloji Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54252/61354