

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/08/2025

İlan No : 2025-08-3156
İstem No : 82204
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	ALKOLMETRE, DİJİTAL	1	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DİJİTAL ALKOLMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Patoloji laboratuvarında kullanılan alkol solüsyonlarının alkol derecesini hızlı , hassas ve güvenilir şekilde ölçmek.
2. Fiksatif , boyama ve doku takibi süreçlerinde alkol konsantrasyonunun kontrolünü sağlamak.
3. Masa üstü veya taşınabilir , dijital ekranlı olmalıdır.
4. Spektroskopi esaslı , otomatik sıcaklık kompanzasyonlu olmalıdır.
5. Ölçüm aralığı % 0,0-% 100,0 olmalıdır.
6. Hassasiyet $\pm 0,1$ veya daha iyi olmalıdır.
7. Ölçüm süresi 30 saniye veya daha kısa olmalıdır.
8. Kalibrasyonu otomatik veya kullanıcı tarafından menüden yapılabilmelidir.
9. Numune ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik , cam veya kimyasal direçli plastik malzemeden olmalıdır.
10. Cihaz gövdesi alkol buharına ve laboratuvar ortamına dayanıklı olmalıdır.
11. CE belgesi olmalıdır.
12. ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemine uygun üretim yapılmış olmalıdır.
13. Elektriksel güvenlik için IEC 61010 standartlarına uygun olmalıdır.
14. Güç adaptörü veya şarj cihazı olmalıdır.
15. Temizleme seti (fırça , bez ,kimyasal direnç çözelti şişesi) olmalıdır.
16. En az 1 adet yedek örnek haznesi olmalıdır.
17. En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
18. Uygunluğuna laboratuvarda test edildikten sonra karar verilecektir.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
Merkez Hastanesi Hastane
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 104881-98575