

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/09/2025

İlan No : 2025-09-3426
İstem No : 82229
Alım No :
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis
Konu : SARF MALZEME ALIM

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 0.5MM, 19CM	4	Adet					
2	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 0.7MM, 19CM	20	Adet					
3	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 0.3MM, 21CM	4	Adet					
4	FORSEPS, KOAGÜLASYON, BİPOLAR, BAYONET, 1MM, 16CM	2	Adet					
5	KABLO, BİPOLAR, YÜKSEK FREKANS, KBB KOAGÜLASYON PROBUNA UYUMLU	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bipolar Koagulasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, künt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 0.5 mm olmalıdır.
- Teklif edilen bipolar forseps, 19 cm uzunluğunda olmalıdır.

Bipolar Koagulasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, künt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 0.7 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 19 cm uzunluğunda olmalıdır.

Bipolar Koagülasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, künt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 0.3 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 21 cm uzunluğunda olmalıdır.

Bipolar Koagülasyon Forsepsi,

1. Teklif edilen bipolar forseps, yalıtılmış olmalıdır.
2. Teklif edilen bipolar forseps, bayonet şekilli olmalıdır.
3. Teklif edilen bipolar forseps, künt uçlu olmalıdır.
4. Teklif edilen bipolar forseps, ucu 1 mm olmalıdır.
5. Teklif edilen bipolar forseps, 16 cm uzunluğunda olmalıdır.

Dr. Öğr. Üye. Kemal Kocay BAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip. Tes. No.: 165528

Prof. Dr. Yusuf VAYISOĞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
K.B.B. A.B.D.
Dip. Tes. No.: 3323