

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/08/2025

İlan No : 2025-08-3235
İstem No : 82230
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Servisi
Konu :

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOP, DİSPÖSABLE	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.


Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DİJİTAL FLEXİBLE ÜRETERORENOSKOPİ, DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sistem; Tek kullanımlık Flexible URS ve çok kullanımlık Video Prosesör'den oluşmalıdır.

Flexible URS özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

1. Tek kullanımlık Video Flexible Uretero-renoskop Lithotripsy, RIRS ameliyatlarında kullanıma uygun olup, yapılan işlem sırasında aletin çalışma kanalı sayesinde Holmium yağ Lazer probunun çalışma kanalından geçip endoskop'un ucundan çıkışı olup taşların kırılıp parçalanarak işlemin sonlanmasına olanak sağlamalıdır.
2. Tek kullanımlık Video Flexible Uretero-renoskop, Video işlemci ile birlikte Esnek görüntüleme endoskop'tan oluşmalıdır
3. Endoskopun distal ucunda LED lamba ve CMOS çip bulunmalıdır. Fiber optik aydınlatması kontrol ünitesindeki entegre LED ışık kaynağı sayesinde sağlanmalıdır.
4. CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
5. Alan derinliği 3-130 mm arasında olmalıdır.
6. Çalışma uzunluğu en az 640 mm olmalıdır.
7. Pozitif defleksiyon mekanizmalı olmalıdır. Açık mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru en az 275°, aşağı doğru en az 275° olmalıdır. Özellikle alt kalikslerdeki defleksiyon kabiliyeti yüksek olmalıdır.
8. Endoskop kalınlığı en az 7.5 Fr. olmalıdır. İç çapı 9,5- dış çapı 11,5 olan Acces kılıf içerisinde çalışabiliyor olmalıdır.
9. Kanal çapı 3.6 Fr. olmalıdır.
10. Aspirasyon-İrrigasyon kanalı bulunmalıdır
11. Hafif tasarıma sahip olmalı, bu sayede kolay, yorucu olmayan bir kullanım sağlanmalıdır.
12. Şaftın tam fleksibl yapısı sayesinde çok kolay insersiyon sağlamalıdır, böbreğin tüm bölümlerine erişebilmelidir.
15. Görüntüleme ünitesi, temin edilecek görüntü aktarım kabloları aracılığıyla hastanedeki endovizyon görüntüleme ünitesi monitörüne bağlanabilmelidir
16. ürünün uygunluğunun değerlendirilmesi ürünün demostrasyon yapılarak karar verilecektir.
17. 1 adet görüntüleme ünitesi Flexible Uretero-renoskop kullanımı devam ettiği sürece kliniğin kullanımına ücretsiz bırakılacaktır.


Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Diy. Tes. No.: 6085-37059


Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji
Diy. Tes. No.: 40252-55177