

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/08/2025

İlan No : 2025-08-3155
İstem No : 82250
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM

BA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KURUTMA MOTOR REZİSTANSI, YIKAMA CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

- 1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KURUTMA ÜNİTESİ MOTORU REZİSTANSI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Rezistans , BELİMED marka WD 200 model cerrahi alet yıkama cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Rezistans, orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Rezistans, en az 6(Altı) ay üretici ve yetkili firma garantisinde olmalıdır.
- 4-Rezistans, CF(Güvenlik) şartlarına uyumlu olmalıdır.
- 5-Rezistans, cihazda denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6- Rezistans, 3 fazlı 380 V AC voltaj değerlerinde olmalıdır.
- 7-Rezistans yetkili firması tarafından cihaza monte edilecektir.


Selman ÖCAL
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : Cerrahi Alet Yıkama Cihazı	
	Marka : BELİMED	
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi	Model : WD 200	
	Seri No : -	
	Demirbaş No: 253.3.5/19/9493	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih: 08/08/2025	Var [] Yok [X]	Var [X] Yok []

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Arızasının onarılması için aşağıdaki parçanın yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 Adet Kurutma motor rezistansı

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNCER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Hüseyin YANIK

Açıklama :