

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/08/2025

İlan No : 2025-08-3173
İstem No : 82251
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIM



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KULAK YASTIĞI, İŞİTME CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	ÇELİK ELEKTROD PROBU, İŞİTME CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

BEBEK İŞİTME TARAMA CİHAZI BEBEK YASTIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yastık MAİCO marka CE CHİRP İNSİDE model bebek işitme cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 2-Yastık dış yüzü bebeğe yapıştığı zaman zarar vermeyecek esnek estetik kumaş özelliğinde olmalıdır.
- 3-Yastık cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 4-Yastık orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 5-Yastık cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

ÇELİK ELEKTROT PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Prob MAİCO marka CE CHİRP İNSİDE model bebek işitme cihazının orijinal parçası olmalıdır.
- 2-Prob dış yüzü bebeğe yapıştığı zaman zarar vermeyecek parlak korumalı özelliğinde olmalıdır.
- 3-Prob cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 4-Prob orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.
- 5-Prob cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.
- 6-Prob cihaza manuel tak çıkar özellikte olmalıdır.


Salim ÖCAL
Biyomedikal Tekniker


NURETTİN DİNCER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU





T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Bebek İşitme Tarama		
Yenidoğan Polikliniği	Marka :MAİCO		
	Model :CE Chirp Inside		
	Seri No:MA9021913		
	Demirbaş No:253.3.5/18/4233		
	Garantili	Bakım Sözleşmeli	
Tarih:08/08/2025	Var []	Yok [X]	Var []
			Yok [X]

Arıza Özeti :Cihaz ölçüm başlığında bulunan kulak yastığı ve çelik elektrot problemlerinin arızalandığı tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:
1 adet kulak yastığı
6 adet çelik elektrot probu

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Biyomedikal Tekniker	 NURETTİN DİNCER MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BIYOMEDİKAL SORUMLUSU	 Huseyin YANIK

Açıklama :	
------------	--