

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/08/2025

İlan No : 2025-08-3183
İstem No : 82253
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Nöroloji / Çocuk Nöroloji Polikliniği-1
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AJ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : **22/08/2025 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İĞNE ELEKTRODU, EMG, DİSPOSABLE, 0.45MMX50MM	150	Adet					
2	KABLO, EMG, ELEKTROD	5	Adet					
3	EEG PASTASI.	150	Adet					
4	ELEKTROD, EEG CİHAZI İÇİN, NIHON KOHDEN	160	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) **SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.**

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1- Disposable(Tek Kullanımlık) Konsantrik İğne Elektrot Teknik Şartnamesi

1. İğneler tek kullanımlık ve konsantrik yapıda olmalıdır.
2. İğneler Etilen Oksit yöntemiyle sterilizasyonu yapılmış ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
3. İğne boyu 50 mm olmalıdır.
4. İğne çapı 0.45 mm (26 Gauge) olmalıdır.
5. İğne kayıt alanı 0.068 mm² olmalıdır.
6. İğnenin diğer boylardan farklı renkte tutamacı bulunmalı ve rengi mavi olmalıdır.
7. Tutamaçlar kolay kavrama sağlaması amacıyla kavrama çizgilerine sahip olmalıdır.
8. İğne uçları kolay girişi sağlamak için konik biçimde sivriltilmiş olmalıdır.
9. İğneler 25'er adetlik kutularda olmalıdır.
10. Elektrotun ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifte bildirilmelidir.
11. Elektrotun menşei Avrupa Birliği Ülkeleri (EU) , UK, İrlanda, Amerika, Kanada dışında olmamalıdır.
12. Elektrodlar kurumumuzdaki NİHON KOHDEN marka cihazla %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.
13. Numune görülecektir.

2- EMG İğne Elektrot Holderı (Ara Kablo) Teknik Şartnamesi

1. Elektrodlar kurumumuzdaki NİHON KOHDEN marka cihazla %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.
2. Holder kablosu en az 1 metre uzunluğunda olmalıdır.
3. İğne ile birleştiği ucu artifakt almamalıdır.
4. Kablo uygun kalınlıkta olmalı kolayca kopmamalıdır.
5. Çok kullanımlık olmalıdır.
6. Cihaz giriş soketi 5 DIN Konnektör tipinde olmalıdır.
7. Numune görülecektir.

Uz. Dr. S. H. ARSEMAN SAĞAN
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Nöroloji B.D.
Dip. No: 109266

Prof. Dr. Mustafa KÖMÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Nöroloji B.D.
Dip. Tes. No.: 100362

3- EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Teklif edilen EEG pastası EEG çekimleri için uygun olmalıdır.
- 2-EEG pastası hastane bünyesinde kullanılan EEG cihazında kullanılabilirdir.
- 3-EEG pastası 400 gr'lık kenarı emniyet şeritli kutular içerisinde olmalıdır.
- 4-EEG pastası üzerinde LOT numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
- 5-EEG pastası CE belgesine sahip olmalıdır.
- 6-EEG pastası üzerinde üretim yeri belirtilmelidir.
- 7-Numune görülecektir.

4- EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrodların her biri en az 100 cm ve en fazla 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2-Elektrodlar 1 mm dişi uçlu olmalıdır.
- 3-Elektrod çapı en az 5 mm olmalıdır.
- 4-Elektrodlar oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5-Elektrodlar eeg cihazında ki tablaya tam oturmalıdır.
- 6-Elektrodlar kurumumuzdaki NİHON KOHDEN marka cihazla %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 7-Numune görülecektir.

Uz. Dr. Seray A. KÖMÜR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Nöroloji B.D.
Diy. No: 100362

Prof. Dr. Mustafa KÖMÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Nöroloji B.D.
Diy. No: 100362