

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/08/2025

İlan No : 2025-08-3240
İstem No : 82264
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	GREFT, DURA, SERİLEBİLİR, DİKİLEBİLİR, 7.5CMX7.5CM	10	Adet					
2	GREFT, DURA, SERİLEBİLİR, DİKİLEBİLİR, 5CMX5CM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

1-2.GREFT, DURA, SERİLEBİLİR, DİKİLEBİLİR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dura materyali sığır kaynaklı (fetal bovin dermisinden) imal edilmiş olmalıdır.
2. Dura materyali her CSF basıncında sızdırmaz veya sızdırmaz olarak kullanılabilir. CSF basıncının yüksek olduğu yerlerde sızdırılabilmeli, CSF basıncının düşük olduğu yerlerde sızdırılmadan serilerek uygulanabilmelidir.
3. Dura materyali kolojen bir yapıya sahip olmalıdır.
4. Dura materyali duranın oluşumunda zayıf bir biyolojik performans sergilememeli ve enfeksiyon riskine sahip olmamalıdır.
5. Dura materyali damarlı beyin hücrelerinin gelişiminde kanamaya sebebiyet vermemelidir.
6. Dura materyali dikişsiz olarak alerji yapmadan, su geçirmeden, hacim kaybına uğramadan, şişmeden ve terleme yapmadan kullanılabilir olmalı ve bu özellikler yapılan test ve araştırma sonuçları ile belgelenmelidir.
7. Teklif edilecek dura materyali kolojen matrix yapıda olmalıdır.
8. Teklif edilecek dura materyali valsalva tekniği kullanılarak yapılan intra torasik basınç yükselmelerine karşı dayanıklı olmalı ve BOS beyin omurilik sıvısını sızdırmamalı ve bu sızdırmazlık test ve araştırma sonuçları ile ispatlanmalıdır.
9. Teklif edilecek dura materyali duratomi işleminin gözlenebilmesi için uygulandığı bölgede yarı saydam hale gelmeli ve bu sayede greft bölgesinde duratomi işlemi rahatça gözlenebilmelidir.
10. Dura materyalinin spesifik uygulamalar için farklı boyutları olmalıdır.
11. Dura materyali, insan dokusuna uygun olmalı, naturel dokuya uyum problemi olmamalı ve uyum süreci hızlı olmalıdır.
12. Dura materyali uygulandığı yerde absorbe olurken yeni doğal dura oluşumunu sağlamalıdır. Yaklaşık 6-12 ay içerisinde yeni dura oluşumu gerçekleşmelidir.
13. Dura materyali kuru olarak paketlenmeli, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmeli ve çok kısa bir sürede hazırlanıp kullanılabilir. Dura materyali engebeli ve düz yüzeylere kolayca uygulanabilmelidir.
14. Dura materyali doğal dura kadar sağlam ve güçlü olmalıdır.
15. Dura materyali steril edilmiş olmalıdır.
16. Dura materyali %0.9 saline (serum fizyolojik) ile hidratlaşmalı, başka bir işleme ihtiyaç duymadan kullanılabilir. Dura materyali %0.9 saline (serum fizyolojik) ile hidratlaşma işleminden önce ve sonra kesilerek şekil verilebilmeli ve iğne ile dikilebilmelidir.
17. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Ahmet DAĞTEKİ
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Dr. İlker DÖNMEZ
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi