

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/08/2025

İlan No : 2025-08-3238
İstem No : 82268
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji
Konu : SARF MALZEME ALIM

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İĞNE, BİYOPSİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU, 18G, 10CM	200	Adet					
2	İĞNE, BİYOPSİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU, 16G, 15CM	200	Adet					
3	İĞNE, BİYOPSİ, DOKU ALAN, OTOMATİK TABANCAYA UYUMLU, 16G, 10CM	220	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya e-posta yoluyla mesajın bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8-Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ:

1) Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

E-posta adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT: İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

OTOMATİK TABANCA UYUMLU BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi eşliğinde yüksek kaliteli trucut tipi doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi ortak eksenli (coaxial) çalışan yeterli dolgunlukta doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
3. Biyopsi iğnesi üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici santimetre işaretleri olmalıdır.
4. Biyopsi iğnesi kalınlığını kolayca seçebilmek için renk kodlu olmalıdır.
5. Biyopsi iğnesi, US, BT ve Mamografi altında yüksek görünürlük özelliğine sahip olmalıdır.
6. Alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan dışarıya alınabilmelidir.
7. Biyopsi iğneleri 18G-10 cm, kalınlık ve uzunluklara sahip olmalıdır.
8. Biyopsi iğnesi stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdır.
9. Biyopsi iğnesi steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
12. İğneler orijinal ve üretici firma onaylı olmalı, CE belgesine sahip olmalıdır. Onay belgesi istendiği takdirde sunulmalıdır.
13. Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uygunluk alınmalıdır.

Dr. Öğr. Dr. Necati HÜSEİNİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip.Tes.No: 014083

Doç. Dr. Barış TEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip.Tes.No.: 014083

OTOMATİK TABANCA UYUMLU BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi eşliğinde yüksek kaliteli trucut tipi doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi ortak eksenli (coaxial) çalışan yeterli dolgunlukta doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
3. Biyopsi iğnesi üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici santimetre işaretleri olmalıdır.
4. Biyopsi iğnesi kalınlığını kolayca seçebilmek için renk kodlu olmalıdır.
5. Biyopsi iğnesi, US, BT ve Mamografi altında yüksek görünürlük özelliğine sahip olmalıdır.
6. Alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan dışarıya alınabilmelidir.
7. Biyopsi iğneleri 16G-15cm, kalınlık ve uzunluklara sahip olmalıdır.
8. Biyopsi iğnesi stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdır.
9. Biyopsi iğnesi steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
12. İğneler orijinal ve üretici firma onaylı olmalı, CE belgesine sahip olmalıdır. Onay belgesi istendiği takdirde sunulmalıdır.
13. Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uygunluk alınmalıdır.

Öğrt. Gör. Dr. Hasan HANCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No.: 160429

Doç. Dr. Barış TEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip. Tes. No.: 014083

OTOMATİK TABANCA UYUMLU BİYOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Biyopsi iğnesi Ultrasonografi (US), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Mamografi eşliğinde yüksek kaliteli trucut tipi doku biyopsisi almak amacına uygun olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi ortak eksenli (coaxial) çalışan yeterli dolgunlukta doku örneği alabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
3. Biyopsi iğnesi üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici santimetre işaretleri olmalıdır.
4. Biyopsi iğnesi kalınlığını kolayca seçebilmek için renk kodlu olmalıdır.
5. Biyopsi iğnesi, US, BT ve Mamografi altında yüksek görünürlük özelliğine sahip olmalıdır.
6. Alınan doku örnekleri iğne tabancadan çıkartılmadan dışarıya alınabilmelidir.
7. Biyopsi iğneleri 16G-10cm, kalınlık ve uzunluklara sahip olmalıdır.
8. Biyopsi iğnesi stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdır.
9. Biyopsi iğnesi steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
11. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 (iki) yıl miyadlı olmalıdır.
12. İğneler orijinal ve üretici firma onaylı olmalı, CE belgesine sahip olmalıdır. Onay belgesi istendiği takdirde sunulmalıdır.
13. Radyoloji Anabilim Dalı'ndan uygunluk alınmalıdır.

Dr. Öğr. Dr. Hasan Hüsnü YÜKSEK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 160493

Doç. Dr. Barış TEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Radyoloji
Dip. Tes. No: 014083