

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/08/2025

İlan No : 2025-08-3228
İstem No : 82272
Alım No :
Talep Eden Birim : Nöroloji / Uyku Odası Tetkik
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/08/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KANÜL, NAZAL, CPAP CİHAZI İÇİN	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

NAZAL KANUL TEKNİK ŞARTNAMESİ (S05158)

1. Malzeme, Embla S4000 / Natus NDx model uyku kayıt ünitesine bağlanabilir
2. Malzeme üzerinde CE işaretlemesi olmalıdır.
3. Birer adetlik ambalajlarda olmalıdır.
4. Malzeme tek kullanımlık boyu 196 cm olmalıdır.
5. Latex madde içermemelidir.
6. Erkek tipte luer konnektöre sahip olmalıdır.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
8. Malzemenin miadı en az 2 yıl olmalıdır.


Prof. Dr. C. Çakır
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 56016 Dip. No: 5959


Prof. Dr. Şükrü Hakan
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nöroloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 3661 / 95150

TÜP, ENDOBRONŞİAL, NO: 35; 37; 39; 41 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek akciğer selektif havalandırılabilmesi için dizayn edilmiş ve şeffaf olmalıdır
2. Ürünün sağ ve sol akciğerleri tek tek veya beraber ventilasyona imkan veren endobronşial ventilasyon için iki lümeni olmalıdır
3. Ürünün, iki lümenin proksimalinde üzerinde konnektör bulunmalıdır ve bunları birleştiren Y konnektör olmalıdır.
4. Ürünün sağ ve sol akciğerler için iki ayrı türü olmalıdır
5. Tüp derinlik göstergeli olmalıdır. Endotrakeal tüp üzerinde tüpün iç ve dış çapları belirtilmiş olmalı ve uzunluk belirtir işaret çizgileri bulunmalıdır
6. Ürünün bronşu havalandıracak kısmının girişi şeffaf ve ayrımını kolaylaştırmak amacıyla farklı renkli olmalıdır.
7. Ürün lateks içermemelidir.
8. Trakeal ve bronşial kafi ayrı olmalıdır.
9. Ürünün bronş lümeni ve onun kaf ve pilot balonu farklı renkte olmalıdır.
10. Ürün setinin içinde ilave aspirasyon kateteri olmalıdır.
11. Ürünün kafi yüksek volüm ve düşük basınçlı olmalıdır
12. Ürünün üzerinde veya tüp boyunca radyoopak çizgi bulunmalıdır.
13. Ürünün içinde kolay şekil verilebilen mandren bulunmalıdır
14. Ürün karinal çengel olmamalıdır.
15. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır

Doç. Dr. Mustafa AZİZÖĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 99631

Prof. Dr. Handan BİRBİÇEN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 1052