

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/08/2025

İlan No : 2025-08-3323
İstem No : 82277
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

B. A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/10/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SOLÜSYON, KALİBRASYON, PH METRE, PH 7.01	1	Adet					
2	SOLÜSYON, KALİBRASYON, PH METRE, PH 1.00	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

Sartname Değişikliğinden Dolayı

2. İlan İlan

TEKNİK ŞARTNAME

Konu: pH Metre Kalibrasyon Tampon Solüsyonları Alımı
Cihaz: MMS Marka 24 Saatlik pH Metre Cihazı

1. Amaç

Bu şartname, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bulunan MMS marka 24 saatlik pH metre cihazı ile yapılan 24 saatlik pH metre tetkiklerinin doğru ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için gerekli olan **pH metre kateteri kalibrasyonunda kullanılacak tampon solüsyonların** teknik özelliklerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. İhtiyaç Listesi

- **pH 4.00 ± 0.05** tampon solüsyonu (1 adet, minimum 250 mL)
- **pH 7.01 ± 0.05** tampon solüsyonu (1 adet, minimum 250 mL)

3. Teknik Özellikler

1. Solüsyonlar **pH metre kalibrasyonu** amacıyla kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. pH değerleri **±0.05 toleranslı** ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır (NIST veya eşdeğer sertifikalı).
3. Ambalaj üzerinde üretici adı, pH değeri, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları açıkça belirtilmiş olmalıdır.
4. Ürünler **orijinal ambalajında**, açılmamış ve bozulmamış şekilde teslim edilmelidir.
5. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren **en az 12 ay** olmalıdır.
6. Solüsyonlar, MMS marka 24 saatlik pH metre cihazı ile **uyumlu** olmalıdır.
7. Tedarikçi firma, ürünlere ait **sertifika ve güvenlik bilgi formlarını (MSDS)** teslim sırasında sunmalıdır.

4. Teslimat ve Kontrol

- Teslimat, sipariş tarihinden itibaren en geç **15 iş günü** içerisinde yapılmalıdır.
- Teslim sırasında ürünler, teknik özellikler açısından kontrol edilecek ve uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

5. Garanti ve Destek

- Ürünlerde üretim kaynaklı bozulma veya değer sapması olması durumunda, tedarikçi firma ücretsiz değişim yapmayı taahhüt etmelidir.

Doc. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Dip. Tes. No. 106261 - 7159

Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 106261 - 7159