

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/08/2025

İlan No : 2025-08-3260
İstem No : 82306
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRALI, NO:7.5	12500	Adet					
2	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRALI, NO:8	10000	Adet					
3	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRASIZ, NO:7	10000	Adet					
4	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRASIZ, NO:7.5	40000	Adet					
5	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRASIZ, NO:8	6000	Adet					
6	ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRASIZ, NO:8.5	1250	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

**ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRALI, NO: 7.5, NO:8 TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Disposable ve pudralı olmalıdır.
2. Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvrımalı olmalıdır.
3. Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
4. Eldiven ve ambalajı yırtık veya delik olmamalıdır.
5. Ameliyat esnasında parmak ucu kısımları genişlememeli ve yüzeyi pürtüklenmemelidir.
6. 1 adet =1 çift olarak teklif edilmelidir.
7. Eldiven paket içerisinde pakete ters konmamalıdır (sağ ve sol el).
8. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilir olmalıdır.
9. Paket üzerinde steril ibaresi ve SKT belirtilmelidir.

**ELDİVEN, CERRAHİ, STERİL, PUDRASIZ, NO: 7; 7.5; 8;8.5 TEKNİK
ŞARTNAMESİ**

1. Disposable ve pudrasız olmalıdır.
2. Eldivenler uzun konçlu olup bilekten kıvrımalı olmalıdır.
3. Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
4. Eldiven ve ambalajı yırtık veya delik olmamalıdır.
5. 1 adet =1 çift olarak teklif edilmelidir.
6. Ameliyat esnasında parmak ucu kısımları genişlememeli ve yüzeyi pürtüklenmemelidir.
7. Eldiven paket içerisinde pakete ters konmamalıdır (sağ ve sol el).
8. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilir olmalıdır.
9. Paket üzerinde steril ibaresi ve SKT belirtilmelidir.

Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Prof. Dr. Tahir KOLAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ABD
Dip. No: 161905

Dr. Öğr. Üyesi Sami BENLİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji
Dip. No: 161905