

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/09/2025

İlan No : 2025-09-3338
İstem No : 82315
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIMI

YANPAZ

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İĞNE, VACUTAINER	20000	Adet					
2	ENJEKTÖR, 50CC	5000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

İĞNE, VACUTAINER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Disposable ve steril olmalıdır.
2. İğneler çift uçlu olmalı; iğnelerin tüpe giren kısmında aynı hastadan birden fazla numune alınabilmesini sağlayan ve lateks içermeyen kan sızdırmayacak yapıda kauçuk sübap bulunmalıdır. Plastik sübap ile kaplı iğne tüp kapağını kolayca delmeli ve iğne tüpten kolayca çıkmalıdır.
3. Aynı hastadan birden fazla tüpe kan alınması esnasında damlamaya ya da geri atmaya sebebiyet vermemelidir.
4. İğnelerin her iki kısmının da ayrı kapaklı olması gereklidir.
5. İğne yüzeyi, sürtünmeyi ve hastaya vereceği acıyı azaltmak üzere silikonla kaplanmış olmalıdır.
6. Damara giren iğne ucu künt ve ağrıya sebep verecek şekilde çapaklı olmamalı, acıyı en aza indirecek şekilde lazerle keskinleştirilmiş olmalı, cildi travmatize etmeyecek şekilde kolayca damara girebilmeli ve tıkanmamalıdır.
7. İğnelerin kapakları üzerinde bulunan ve açıldığında yırtılacak şekilde yerleştirilmiş olan etikette sterilite işareti, lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. İğnelerin kapakları 21G iğne için yeşil renkte olmalıdır.
9. İğneler ile beraber 500 adet holder verilmelidir.
10. İğne uçlarıyla verilecek olan holder iğneye uyumlu olmalı, kan alma işlemi sırasında tüp geri kaçmamalı, iğne holderdan ayrılmamalıdır. Şeffaf olmalı, kan akışı izlenebilmelidir.
11. Denenmesi için iğne ve holder numunesi birlikte getirilmelidir.
12. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Doç. Dr. GÜL BAYRAM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Koordinatörlüğü

İCKNUR AKIKYÖREK



ENJEKTÖR, 50 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enjektör gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non toksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
2. Tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş, steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
3. Ambalajın üzerinde LOT numarası, steril ibaresi, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.
4. Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalajının içinde pembe iğne ucu bulunmalıdır.
5. Her çeşit iğne ucu, stoper, ven valfi, üç yollu musluk, kateter ve perfüzlere ajutajı uyumlu olmalı, ajutaj ucu pürüzsüz olmalıdır.
6. Enjektör üzerinde 0'dan başlayan, belirgin ve ısıldığında silinmeyen cc ve dizyem çizgileri olmalıdır.
7. Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvıyı pistonun arka tarafına kaçırmamalıdır.
8. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli, enjektör haznesi basınçla çatlamamalı ve haznesinde mayi bırakmamalıdır.
9. Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı, enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.
10. Piston enjektörün gövdesinden kolay şekilde ayrılmamalıdır ve akışkan ilaçlarda geriye doğru sıvı akışı olmamalıdır.
11. Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.
12. Enjektör içerisinde yabancı bir madde olmamalıdır.
13. İğne ucu enjektöre iyi adapte olmalı, adaptörden sıvı kaçırmamalıdır.
14. İğne metali dokuda kolay ilerlemeli, dönmemeli, dokuyu tahrip etmeyecek şekilde ve özellikte olmalıdır.
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

MORAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Koordinatör

Uzm. Hemş. Fatma YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı