

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/08/2025

İlan No : 2025-08-3261
İstem No : 82330
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

YANPAR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 01/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:03.5	20	Adet					
2	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:5	20	Adet					
3	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:6	40	Adet					
4	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:3	20	Adet					
5	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:4	20	Adet					
6	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:4.5	20	Adet					
7	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5	25	Adet					
8	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5.5	20	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:3,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafli olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Balon düşük basınçlı yüksek volümlü olmalıdır. Pilot balon valve sistemi içermelidir.
10. Pilot balon olmalıdır. Luer-lock enjektör girişine uygun olmalıdır. Balon şişirildiğinde silindirik görünümünde olmalıdır.
11. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
12. Tüp I.D 3.5 mm, O.D en çok 4,9 mm olmalıdır.
13. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
14. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunulmalıdır.
16. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır
17. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
18. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doç. Dr. Mustafa AZIZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Eliş. Tes. NO: 99631

ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO:5,0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kaflı olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Balon düşük basınçlı yüksek volümlü olmalıdır. Pilot balon valve sistemi içermelidir.
10. Pilot balon olmalıdır. Luer-lock enjektör girişine uygun olmalıdır. Balon şişirildiğinde silindirik görünümünde olmalıdır.
11. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
12. Tüp I.D 5.0 mm ,O.D en çok 7.0 mm olmalıdır.
13. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
14. . Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunmalıdır.
16. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır
17. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
18. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 120453

Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 99891

ENDOTRAKEAL, BALONLU, NO: 6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve kafli olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır.
9. Balon düşük basınçlı yüksek volümlü olmalıdır. Pilot balon valve sistemi içermelidir.
10. Pilot balon olmalıdır. Luer-lock enjektör girişine uygun olmalıdır. Balon şişirildiğinde silindirik görünümünde olmalıdır.
11. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
12. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
13. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
14. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunulmalıdır.
15. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır
16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
17. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Tels. No: 120453

Doç. Dr. Mustafa AZIZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bilgi Tels. No: 88891

ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:3 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve Kafsız(balonsuz) olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır..
9. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
10. Tüp I.D 3,0 /O.D en çok 4,2 mm olmalıdır.
11. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
12. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunmalıdır.
14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Öğrt. Üyesi Levent ÜZDEMİR
Tersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bölümü

Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bölümü
Bip: 0312 222 9999

ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:4,0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve Kafsız(balonsuz) olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır..
9. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
10. Tüp I.D 4.0 /O.D en çok 5.6 mm olmalıdır
11. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
12. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunmalıdır.
14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEÜ Sağlık Anestesi
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No.: 88031

ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:4,5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve Kafsız(balonsuz) olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır..
9. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
10. Tüp I.D 4.5 /O.D en çok 6.3 mm olmalıdır.
11. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
12. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunmalıdır.
14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No : 120453

Doç. Dr. Mustafa AZIZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tes. No : 120453

ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO:5,0 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve Kafsız(balonsuz) olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır..
9. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
10. Tüp I.D 5.0 /O.D en çok 7,0 mm olmalıdır
11. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
12. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunmalıdır.
14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
15. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

16.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Diy. Tıp No.: 120453

Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Bip: Teş: No: 98631

TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ, NO: 5.5 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp şeffaf ve Kafsız(balonsuz) olmalıdır.
2. Tüpün iç çapını ve uzunluğunu belirtir rakam bulunmalıdır.
3. Tek kullanımlık olmalıdır.
4. Vokal kord seviyesini gösterir çizgisi bulunmalıdır.
5. Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.
6. Atravmatik uç yapısına sahip olmalıdır.
7. Yarı takılı konnektörü olmalıdır ve tüpün iç çapı konnektörde belirtilmiş olmalıdır.
8. Murphy gözü olmalıdır..
9. Tüpün dış ucundan büyüklük ve uzunluk ölçüleri yazılı olmalıdır.
10. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır
11. Ürün, nontoksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi ve latex içermemektedir ibaresi bulunmalıdır .Latex içermediği ambalaj üzerinde yok ise teklif ve teslimat aşamasında numunenin latex içermediğini gösteren resmi evrak sunulmalıdır.
13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
14. Alım konusu ürünün tamamı muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülerek teslim alınmış olsa dahi ilerleyen süreçte/ kullanım aşamasında teknik şartnameye uygun olmayan ürün teslim edilmiş olduğu saptanması halinde sözleşme fes edilerek teminat irat kaydedilir ve daha önce teslim edilen ürünlerle ilgili yükleniciye para ödemesi yapılmayacaktır.

Dr. Öğrt. Üyesi Levent ÖZDEMİR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Diy. Tes. No.: 120453

Doç. Dr. Mustafa AZİZOĞLU
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Diy. Tes. No.: 120453