

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/08/2025

İlan No : 2025-08-3267
İstem No : 82348
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

BA

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 01/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VEIN STRIPPING SET, NABATOFF	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

- 1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

VEİN STRİPPİNG SET, NABATOFF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Varis seti korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır.
4. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü genelgesi hükümlerince, teklif edilecek ürünlerin İlaç ve Tıbbi Cihaz ÜTS kayıtlı olması gereklidir. Alımı yapılacak ürünlerin barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur.
5. T.S.E Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi; Distribütör (yetkili temsilci-dağıtıcı) ve/veya bayinin (yetkili satıcı), teklif edilen cerrahi aletler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş TSE 13011 ve 12426 kapsamlı belgesi olmalıdır.
6. Satıcı firmalar 1 adet numune teslim etmelidir.
7. Varis seti kutusu ile birlikte toplam 8 parçadan oluşmalıdır.
 - Plastik uçlu prob
 - 3 mm metal prob
 - 6 mm metal prob
 - 9 mm metal prob
 - 12 mm metal prob
 - T tutucu handle
 - 90 cm Flexible Çelik tel
 - Muhafaza Kutusu
8. Varis seti 2 yıl garantili olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLELİÇ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

Prof. Dr. Nihat ÖZEREN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU
Dip. Tes. No: 48302


NURETTİN BİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BİYOMEDİKAL SORUMLUSU

KARECODE ETİKETLEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yüklenci firma kare barkod/markalama işaretleme yapacağı cerrahi el aletlerinin her birini, parçalardan oluşan cerrahi aletlerin her parçasını, kurumumuzca verilecek olan alfa nümerik sayılarını fiber lazer yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir. 3 mm'nin altında kalan malzemelere fiber lazer ile kurumumuzun belirlediği alfa nümerik numara/markalama yazılacaktır. Mekanik, CO2 lazer, yağ lazer, nokta vuruşlu, pantograf, etiketleme, RFID, vs ile yapılacak olan işaretlemler kabul edilmeyecektir.
2. Cerrahi aletlerin üzerine basılacak 2D matrix barkodları MSÜ de bulunan barkod okuma cihazları ile uyumlu olmalıdır.
3. Malzeme üzerine barkot/numaralandırma işlenirken; malzemeye zarar verilmesi durumunda, firma malzemenin yenisini temin etmelidir. Teklif dosyasında taahhüt bulunmalıdır.
4. Karekod/numaralandırma, sterilizasyon basamaklarındaki sıcaklık, nem, basınç gibi parametrelere uzun süre dayanıklı kalmalıdır. İşaretleme sonrası en az 3 yıl garantili (alet/malzemelerin okunmaması/aşınması, vs) olmalıdır. Okunmama veya silinmeden ötürü okunmaz hale gelirse aletler firmaya gönderilerek tekrardan ücretsiz olarak kare barkod/numaralandırma uygulamasını yapacağını taahhüt edecektir.
5. Barkod/numara içeriği MSÜ yöneticisinden talep edilecektir.
6. Barkod/numara içerikleri MSÜ'de kullanılan yazılım ile uyumlu olmalıdır.
7. Barkod numune değerlendirmesi alet üzerine örnek işaretleme yapıldıktan sonra hastanemizin MSÜ'de denemesi yapılarak uygunluk verilecektir.

Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİÇ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Cerrahi Aletleri Servisi

Prof. Dr. Murat ÖZENEK
MERSİN SAĞLIK ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ
Kalp ve Damar Cerrahisi A.B.D.
Doç. Dr. Murat ÖZENEK



DC 20.15001
135 x 100 x 25 mm
Metal kutu / Metal case

Nabatoff
DC 20.15000

- | | |
|--|---|
| Komple set; | Complete set: |
| 1 adet DC 20.15001 • Metal kutu | 1 each DC 20.15001 • Metal case |
| 1 adet DC 20.15090 • Esnek kablo | 1 each DC 20.15090 • Flexible cable |
| 1 adet DC 20.15002 • Esnek plastik sonda ucu | 1 each DC 20.15002 • Flexible plastic probe tip |
| 1 adet DC 20.15003 • Ø 3 mm metal uç | 1 each DC 20.15003 • Ø 3 mm metal end |
| 1 adet DC 20.15006 • Ø 6 mm metal uç | 1 each DC 20.15006 • Ø 6 mm metal end |
| 1 adet DC 20.15009 • Ø 9 mm metal uç | 1 each DC 20.15009 • Ø 9 mm metal end |
| 1 adet DC 20.15012 • Ø 12 mm metal uç | 1 each DC 20.15012 • Ø 12 mm metal end |
| 1 adet DC 20.15015 • Ø 15 mm metal uç | 1 each DC 20.15015 • Ø 15 mm metal end |
| 1 adet DC 20.15080 • Sadece sap | 1 each DC 20.15080 • Handle only |



DC 20.15002
Esnek plastik sonda ucu
Flexible plastic probe tip



DC 20.15003
Ø 3 mm
Metal sonda ucu
Metal probe tip



DC 20.15006
Ø 6 mm
Metal uç / Metal end



DC 20.15009
Ø 9 mm
Metal uç / Metal end




DC 20.15012
Ø 12 mm
Metal uç / Metal end



DC 20.15015
Ø 15 mm
Metal uç / Metal end



DC 20.15080
Sadece sap
Handle only



DC 20.15090
90 cm
Esnek kablo / Flexible cable

Prof. Dr. Murat ÖZEREN
MEO Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Klinik ve Deneysel Cerrahisi A.Ş.
Fon: 0312 443 8302

Doç. Dr. Abdülkadir BİLGİÇ
Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
Klinik Deneysel Cerrahisi A.Ş.