

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

28/08/2025

İlan No : 2025-08-3303
İstem No : 82381
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : SARF MALZEME ALIMI

A7

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 04/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ARTER-VEN SET, ERİŞKİN	2000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin KDV hariç birim fiyatları, KDV hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Medula, sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

ÖNEMLİ:

1) Yukarıda sayılan maddeler de belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) SİPARİŞ TUTARI 100.000,00 TL ALTINDAKİ MALZEMELER HASTANEMİZ DEPOSUNA KARGO YOLU İLE TESLİM EDİLEBİLECEKTİR.

İrtibat Telefon: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT: İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayınlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

ARTER-VEN SET ERİŞKİN HEMODİYALİZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AV setin kan pompasına yerleştirilen hattın çapı 6-8 mm olmalıdır. Universal set olmalı ve tüm hemodiyaliz makinelerine uyumlu olmalıdır.
2. Set tek kullanımlık olmalıdır.
3. Arter ucunda i.v. spike ve sirkülasyon adaptörü bulunmalıdır.
4. Arter tarafında heparin, venöz tarafında protamin hattı bulunmalıdır.
5. Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunmalıdır.
6. Arter hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
7. Ven hattı üzerinde bir adet klemp ve infüzyon yolu olmalıdır.
8. Ven hattı üzerinde izolatör bulunmalı veya set sayısı kadar izolatör steril biçimde ayrı ayrı paketlenmiş olarak verilmelidir.
9. Ven tarafında drip chamber(hava haznesi) bulunmalıdır.
10. Ven drip chamber'ında pıhtı tutucu filtre olmalıdır.
- 11.Total kan seti hacmi 160ml/dk üzerinde olmamalıdır.
- 12.Setler minimum 300ml/dk kan akımı sağlamalıdır.
- 13.Arter ve ven hattı üzerinde basınç tüpü üzerinde ve yastıkta klemp bulunmalıdır
- 14.Setlerde kırılma kopma olmamalı, fleksible olmalıdır.
- 15.Klemppler bükülebilir, tırnak ayarlı olmalıdır ve tek hamlede kapatılmalıdır.
- 16.Bütün setler torbalı olmalıdır.Ven seti ucunda boşaltım en az 2 litre kapasiteli ve klemppli olmalıdır.Torbalar asılabilir özellikte, sıvı klemppleri açıp kapatmaya dayanıklı olmalıdır.
- 17.Setler antialerjik sterilizasyon yöntemi ile veya standart sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
- 18.Teslim edilen malzemenin teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıllık kullanım miadı olmalıdır.
19. Ven setin üzerinde bulunan ven haznesinin kan giriş ucu 2cm den fazla olmamalıdır. (Hazne içindeki kan giriş ucu)
20. Şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajın üzerindeki etikette ürün cins ve özellikleri, ürün kod numarası, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, ürünün son kullanma tarihi, gerekli uyarılar yazılmalıdır.
- 21.Ürünlerden 2 tane numune gönderilmesi gerekmektedir.

Esra KÖSE
Hemodiyaliz
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Ahmet Alper KIVKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No.: 03744