

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/09/2025

İlan No : 2025-09-3425
İstem No : 82425
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

KD

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AYAK PEDALI, SCOPY CİHAZI İÇİN	1	Adet					
2	P3 KABLO, SCOPY CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

AYAK ŞUTLAMA PEDALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Pedal, ZİEHM marka SOLO model skopi cihazının orijinal pedalı olmalıdır.
- 2-Pedalın cihaza bağlantısı sök tak özellikli soketle olmalıdır.
- 3-Pedal cihaz bağlantısını sağlayan kablo kırılmaz esnek elastik yapıya sahip ve en az 3 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 4-Pedal en az 6(altı) ay skopi cihazının üreticisi ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Pedal orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.

P3 BAĞLANTI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo, ZİEHM marka SOLO model skopi cihazının orijinal kablosu olmalıdır.
- 2-Kablonun cihaza bağlantısı sök tak özellikli soketle olmalıdır.
- 3-Kablo cihaz bağlantısını sağlayan kablo kırılmaz esnek elastik yapıya sahip ve en az 3 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 4-Kablo en az 6(altı) ay skopi cihazının üreticisi ya da yetkili firması garantisinde olmalıdır.
- 5-Kablo orijinal ambalaj paketinde olmalıdır.


NURETTİN DİNÇER
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL SORUMLUSU


Selman ÖCAL
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
BIYOMEDİKAL TEKNİKLER