

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/09/2025

İlan No : 2025-09-3423
İstem No : 82496
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

4D

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/09/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, MANOMETRE, ANOREKTAL, HAVALI SİSTEM, 7F	5	Adet					
2	İNFÜZYON POMPA TÜPÜ, ÜRODİNAMİ	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

MMS Marka Havalı Sistem Ürodinami Cihazında Kullanılacak Sarf Malzemeler

1. Genel Hükümler

1.1. Bu şartname, çocuk hastalarda ürodinami işlemleri sırasında MMS marka havalı sistem ürodinami cihazında kullanılacak sistometri kateteri, anal manometrik kateter ve silikon pompa seti sarf malzemelerinin teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Teklif edilecek tüm ürünler, MMS marka havalı sistem ürodinami cihazı ile tam uyumlu olmalı ve cihaz yazılımı tarafından sorunsuz şekilde tanınmalıdır.

1.3. Tüm ürünler steril, tek kullanımlık ve hasta güvenliği ile biyouyumluluğa uygun olmalıdır.

1.4. Ürünler, CE belgesine, ISO 13485 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalı; ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmalıdır.

2. Sistometri Kateteri

2.1. Pediatrik kullanıma uygun farklı Fr (French) çaplarında (ör. 6 Fr, 8 Fr) temin edilebilmelidir.

2.2. Kateterler çift lümenli olmalı; biri mesane basıncını, diğeri infüzyon için kullanılmalıdır.

2.3. Uç kısmı atraumatik, yumuşak uçlu olmalı; çocuk üretrasına zarar vermemelidir.

2.4. Kateterler MMS havalı ürodinami cihazı ile basınç ölçüm uyumlu olmalıdır.

2.5. Steril, tek kullanımlık ve lateks içermeyen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3. Anal Manometrik Kateter

3.1. Pediatrik ölçülere uygun düşük çaplı olmalıdır (6-10 Fr).

3.2. Kateter balonlu basınç ölçüm özelliğine sahip olmalıdır.

3.3. MMS cihazı ile hava basınçlı sistem uyumlu olmalıdır.

3.4. Tek kullanımlık, steril ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.

3.5. Kateterin ucu rektal mukozayı travmatize etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

4. Silikon Pompa Seti

4.1. MMS cihazı için özel üretilmiş, sistemle uyumlu silikon pompa seti olmalıdır.

4.2. Tek kullanımlık, steril, tıbbi grade silikon malzemeden yapılmış olmalıdır.

4.3. Pompa seti cihazın infüzyon hattına tam uyum sağlamalıdır.

Prof. Dr. Zeynep AKKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No: 106261 - 7159

Doç. Dr. Zeynep İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. B.
Dip. Tes. No: 134200 / Zm. Tes. No: 103143

4.4. Basınç ve akış ölçümlerinde hata oluşturmada, sıvı geçişini güvenli sağlamalıdır.

5. Ambalaj ve Etiketleme

5.1. Her ürün orijinal üretici ambalajında, steril paketli ve tek kullanımlık olarak teslim edilmelidir.

5.2. Ürün etiketinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve lot numarası belirtilmiş olmalıdır.

6. Garanti ve Uygunluk

6.1. Teklif edilen ürünler MMS marka cihazın üretici/temsilci firma tarafından onaylı sarf malzemeleri olmalıdır.

6.2. Uyum sorunları tedarikçi firmanın sorumluluğunda olup, değiştirme ve yenisiyle temin etme yükümlülüğü vardır.


Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 106261 - 7159


Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No.: 134299 Uzm. Tes. No.: 103143