

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/09/2025

İlan No : 2025-09-3402
İstem No : 82499
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi
Konu : SARF MALZEME ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/10/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPIK, KILAVUZ TELLİ, KADEMELİ, 6F, BALON ÇAPI:15-16.5-18MM, 80-100CM	2	Adet					
2	DİLATASYON BALONU, ENDOSKOPIK, KILAVUZ TELLİ, KADEMELİ, 7.5F, BALON ÇAPI:18-19-20MM, 80-100CM	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

Çocuklarda Endoskopik Özefagus Balon Dilatasyonu İçin Kullanılacak Balon Dilatasyon Kateterleri

1. Genel Hükümler

1.1. Bu şartname, çocuk hastalarda özefagus darlıklarının tedavisinde endoskopi eşliğinde yapılacak balon dilatasyon işlemlerinde kullanılacak balon dilatasyon kateterlerinin teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Teklif edilen ürünler ulusal ve uluslararası tıbbi cihaz standartlarına uygun, CE belgeli ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi sertifikalı olmalıdır.

1.3. Ürünler steril, tek kullanımlık ve biyouyumlu olmalıdır.

1.4. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından kayıtlı ve onaylı olmalıdır.

2. Ürünün Tanımı ve Teknik Özellikleri

2.1. Balon dilatasyon kateterleri endoskopi altında özefagusta kullanıma uygun olmalıdır.

2.2. Kateterler yüksek basınca dayanıklı, kontrollü dilatasyon sağlayan özellikte olmalıdır.

2.3. Balonlar radyoopak işaretlere sahip olmalı, floroskopi altında görünürlük sağlamalıdır.

2.4. Kateterin uç kısmı atraumatik olmalı, mukozal travma riskini azaltmalıdır.

2.5. Balonlar kademeli şişme özelliğine sahip olmalı ve belirlenen üç farklı çapta şişirilebilmelidir.

2.6. Talep edilen ölçüler:

- 15-16.5-18 Fr balon kateter
- 18-19-20 Fr balon kateter

2.7. Balonlar belirlenen basınç değerlerinde güvenli ve kontrollü şekilde şişirilebilmelidir.

2.8. Kateter uzunluğu pediatrik endoskopik kullanım için uygun olmalı (yaklaşık 5-8 cm balon uzunluğu, toplam uzunluk en az 80-100 cm).

2.9. Kateterler standart endoskopik kılavuz telleri ile uyumlu olmalıdır.

3. Ambalaj ve Saklama Koşulları

3.1. Ürünler orijinal üretici ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3.2. Ambalaj üzerinde ürün adı, lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi belirtilmelidir.

3.3. Raf ömrü teslim tarihinde en az 24 ay olmalıdır.

Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 106261 - 7159

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. B.
Dip. Tes. No.: 126299 - 103143

4. Uygunluk ve Onay

4.1. Teklif edilen ürünler üretici firmanın distribütörü/temsilcisi tarafından sağlanmalı, uygunluk belgeleri ve kalite sertifikaları ile birlikte teslim edilmelidir.

4.2. Uyum, kalite ve sterilite ile ilgili doğabilecek sorunlar tedarikçi firmanın sorumluluğunda olup, ürün yenisiyle değiştirilmelidir.

5. Garanti ve Sorumluluk

5.1. Ürünler, çocuk hastalarda güvenli kullanımını kanıtlayan klinik etkinlik ve güvenlik verilerine sahip olmalıdır.

5.2. Kullanım sırasında ortaya çıkabilecek ürün kaynaklı sorunlarda tedarikçi firma sorumludur.

Prof. Dr. Hakan TAŞKINLAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Cerrahisi
Dip. Tes. No: 106261 - 7159

Doç. Dr. Caner İSBİR
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk Cerrahisi A. D.
Dip. Tes. No: 134290 / Ezm. Tes. No: 103143