

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/09/2025

İlan No : 2025-09-3393
İstem No : 82501
Alım No :
Talep Eden Birim : Radyoloji / Radyoloji-Anjiyografi
Konu : SARF MALZEME ALIM

YANPAK

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, DOUBLE J, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 6.0F, 24CM	5	Adet					
2	KATETER, DOUBLE J, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 6.0F, 28CM	5	Adet					
3	KATETER, DOUBLE J, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 7.0F, 24CM	5	Adet					
4	KATETER, DOUBLE J, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 7.0F, 26CM	5	Adet					
5	KATETER, DOUBLE J, ÜRETERAL, BİR UCU AÇIK, 7.0F, 28CM	5	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satılma Birimine gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.

11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar

12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

DOUBLE J STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ -UR1034


1. Double J Stent Poliüretan malzemeden imal edilmiş ve radyopak değildir.
2. Double J Stentin bir ucu açık, bir ucu kapalı ve her iki ucu açık tipleri olmalıdır.
3. Proksimal ucu travmaya neden olmayacak şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.
4. Double J Stentin üzerinde işaretleme çizgileri bulunmalıdır. İşaretleme çizgileri her bir cm de ince, her beş cm de kalın çizgilerle belirtilmiş olmalıdır.
5. Stentin gövdesi ve loplarında drenaj delikleri olmalıdır.
6. DJ stentin alt ucunda suture bulunmalıdır.
7. Stent seti içerisinde Double J Kateter, en az 100cm PTFE kaplı Guide wire, 40 cm uzunluğunda basit itici, hasta kartı ve 2 adet klemp bulunmalıdır.
8. Set içinde Üreterorenoskopi kullanılmak üzere 100cm uzun itici olmalıdır.
9. Tüm malzemeler tek bir steril ambalajda olmalıdır.
10. DJ stent 3Fr,4Fr,- 4.7Fr- 4.8Fr-5Fr-6Fr 26-28cm, 12-16-20-24-26-28cm ölçü seçenekleri olmalıdır.
11. Steril ve orijinal ambalajında ve en az 4 yıl miadlı olmalıdır.
12. Ürünün UBB kaydı olmalı ve onaylı barkod numarası ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.


Prof. Dr. Cengiz ÖZER
Mersin Üniversitesi Hüs.
Radyoloji
Dip.Tes.No: 64147/74343

Prof. Dr. Engin KARA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.D.
Dip.Tes.No.: 64147 / 74343

SMT1704-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J

SMT Temel İşlevi:	1. Böbreğin içerisinde üretilen idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	2. Poliüretan veya diğer polimer malzemelerden üretilmiş olmalıdır. 3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya iki ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır. Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır. 4. Stentin boyutu malzeme tanımlarında geçen ebatlarda olmalıdır. 5. Stentle beraber 100-150(±10)cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır. 6. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli radyoopak marker içeren veya radyoopak marker içermeyen 40 -90cm uzunluğunda itici bulunmalıdır. 7. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır. Klempler stenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır. 8. Stentindistal ucunda sabitleme süturlu veya sütursuz olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	9. Stentradyoopak ve yüzeyi kayganlaştırıcı madde ile kaplı olmalıdır. 10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürün steril ve set halinde olmalıdır.Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmalıdır.


Prof. Dr. Cengiz ÖZER
Mersin Üniversitesi Hast.
Radyoloji
Dip.Tes.No: 48733


Prof. Dr. Engin KARA
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Radyodiagnostik A.Ş.
Dip.Tes.No: 64147/74343