

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

05/09/2025

İlan No : 2025-09-3391
İstem No : 82511
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : EEG UYKU OPSİYON YAZILIMI

67

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 08/09/2025 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EEG UYKU OPSİYON YAZILIMI	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

EEG cihazı için Uyku Yazılımı, Video Yazılımı, Kamera ve Aksesuar Teknik Şartnamesi

1. Uyku yazılımı ve Video yazılımı, kliniğimizde kullanılan Nihon Kohden marka EEG cihazının orijinal yazılımı olmalıdır.
2. Video yazılımı ile odaya kurulacak 2 adet kameradan alınan görüntüler, eeg traseleri ile simultane hareket etmelidir.
3. Kameralardan biri odayı geniş açıda kaydetmeli, diğer kamera hastaya odaklanmalı, böylece hastanın uyku sırasında tüm hareketleri kaydedilebilmelidir.
4. Kamera sisteminin çözünürlüğü 1920*1080 full hd olmalıdır
5. Kamera sadece network (Ethernet) bağlantısı üzerinden sisteme bağlanmalıdır.
6. Kameranın dahili olarak IR kaynağı olmalı ve tam karanlıkta siyah beyaz kayıt alabilmelidir.
7. Kameranın frame oranı en az 25/30 fps olmalıdır.
8. Kamerada dahili olarak mikrofon bulunmalıdır.
9. Kamera gücünü POE switch veya POE adaptör üzerinden almalıdır.
10. Uyku yazılımı ile hastanın gece boyunca eeg traseleri ile birlikte, horlama, bacak hareketleri, akış, abdomen ve göğüs hareketleri, bacak hareketleri vb. uyku parametreleri takip edilebilmelidir.
11. Uyku yazılımında AHI ve uyku süresi görülebilmelidir.
12. Uyku yazılımında MSLT ölçümü yapılabilirdir.
13. Uyku yazılımında EOG, çene EMG kayıtları alınabilmelidir.
14. Sistemde SpO2 ölçümü yapılabilirdir.
15. Uyku yazılımında solunum olayları, uyku basamakları, CPAP basıncı, alfa-deta aktivitesi takip edilebilmelidir.
16. Firma 1 adet okuma istasyonu kuracaktır. Bilgisayar sistemi ve review yazılımı firma tarafından karşılanacak olup, EEG cihazı ile okuma bilgisayarı arasındaki Lan bağlantısı (kablo vb. alt yapı) alıcı konumundaki kurumumuzun bilgi işlem ve biyomedikal birimlerince yapılacaktır. Okuma bilgisayarının ekranı en az 30'' olacaktır.
17. Yazılımların kurulacağı EEG cihazına, hastanın oda da dolaşmasına imkan verecek, cihaz ile aynı marka 1 adet mini giriş kutusu verilecektir. Mini giriş kutusu, EEG cihazının mevcut giriş kutusuna en az 5 metre uzunluğunda kablo ile bağlanacaktır.
18. Teklif verecek firmalar, üretici firmadan alınmış yetki belgelerini teklif ile birlikte sunmalıdır.
19. Uyku yazılımı ve Video yazılımı için aşağıdaki aksesuarlar verilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

le birlikte

a) Göğüs kemeri	1 adet
b) Abdomen kemer	1 adet
c) Bacak elektrodu	2 adet
d) EEG elektrodu	24 adet
e) Pozisyon sensörü	1 adet
f) Flow sensör	1 adet
g) SpO2 ara kablo	1 adet
h) Pediatrik SpO2 sensörü	1 adet
i) Nazal kanül	1 adet
j) Termistör	1 adet
k) Horlama sensörü	1 adet
l) EEG Pastası	1 adet
m) Nuprep Jel	1 adet
n) Mini giriş kutusu	1 adet
o) IP Kamera	2 adet

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Narettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Prof. Dr. Ceyhan OKUYAZ
Çocuk Sağlığı Hastalıkları
Çocuk İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. No: 16013
Tic. Sic. No: 16617 / 01020154754